



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Laboratorní vybavení pro patologicko-anatomické oddělení
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 1. září 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce

Dotaz č. 1:

Digestoř stolní pro Patologicko-anatomické oddělení Pardubické nemocnice - 2 ks

Dotaz:

Můžeme nabídnout 2 ks digestořů s analogovým, plynulým ovládáním intenzity odsávání?

Ostatní parametry: funkční i prostorové budou zachovány

Přikrajovací zařízení s dokumentačním zařízením a příslušenstvím pro Patologicko-anatomické oddělení Pardubické nemocnice - 1 ks

Předpokládané rozměry: 1650 (š) x 850 (h) x 1700 (v) mm - výška pracovní plochy 900 mm

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat dodavatelem navrhované řešení.

Dotaz č. 2:

Můžeme nabídnout přikrajovací pracoviště o výšce 1900 mm? U námi nabízeného typu je to z důvodu zachování vnitřních prostorových dispozic a perfektní funkčnosti dokumentačního zařízení.

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat dodavatelem navrhované řešení.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 6. 10. 2020 DO 10:00 HODIN.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Koláčková