



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



**NEMOCNICE**  
PARDUBICKÉHO KRAJE

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Laboratorní přístrojové vybavení 8
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 1. září 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

**Hliníkový odolný hladký povrch - snadné čištění, bez otvorů, kam by mohlo zatékat: Budete akceptovat i jiný dobře čistitelný povrch bez otvorů jako je například povrch z plastového kompozitu, který je voděodolný, bez otvorů, snadno čistitelný a desinfikovatelný ?**

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat dodavatelem navrhované řešení.

### Dotaz č. 2

**Funkce umožňující zpětné nasátí média: Funkce zpětného nasátí média se při běžné přípravě média nepoužívá, dokonce je v některých aplikacích její použití pro zvýšené riziko kontaminace zakázáno. Budete akceptovat zařízení bez funkce zpětného nasátí média ?**

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat dodavatelem navrhované řešení.

### Dotaz č. 3

**Rozměr aplikovatelných Petriho misek min. 35, 60, 90 mm: V humánní diagnostice se pracuje s petriho miskami o průměru 90mm. Budete akceptovat zařízení určené výhradně pro plnění petriho misek o průměru 90mm.? V případě, že nikoli, jaký další průměr petriho misek budete používat ?**

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat dodavatelem navrhované řešení.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



**NEMOCNICE**  
PARDUBICKÉHO KRAJE

**Dotaz č. 4**

**Dotykový barevný ovládací panel: Budete akceptovat zařízení s barevným LCD panel ovládaným pomocí vedlejších kláves?**

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat dodavatelem navrhované řešení.

**ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH INFORMACÍ PRODLUŽUJE LHŮTU PRO  
PODÁNÍ NABÍDEK DO 5. 10. 2020 DO 10:00 HODIN**

S pozdravem.

Mgr. Kateřina Koláčková