



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Laboratorní přístrojové vybavení 7
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (dle § 3 písm. b) zákona
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 1. září 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce

Dotaz č. 1

Zadavatel uvádí rozměry přístroje max. (š/v/h) 50 x 55 x 30 cm. Domníváme se, že hloubka 30 cm je uvedena chybně v zadávací dokumentaci, že zadavatel míní hloubkou 55 cm.

Náš dotaz je, zda zadavatel bude akceptovat hloubku přístroje (včetně vany na odpadní řezy) 620 mm?

Odpověď:

Ano, zadavatel potvrzuje, že se jedná o chybný údaj v parametru. Hloubku přístroje (včetně vany na odpadní řezy) 620 mm bude ze strany zadavatele akceptována.

Dotaz č. 2

Zadavatel uvádí posuv vzorku min. 28 mm. Bude prosím zadavatel akceptovat horizontální rozsah posuvu 24 mm $\pm$ 1 mm?

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat dodavatelem navržené řešení. Zadavatel trvá na dodržení parametru - posuv vzorku min. 28 mm.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 5. 10. 2020 DO 10:00 HODIN.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Koláčková