



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	RTG PŘÍSTROJE STACIONÁRNÍ PRO LITOMYŠLSKOU NEMOČNICI - ZNOVUVYHLÁŠENÍ
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Praze dne 1. září 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V Technických požadavcích část 1. Vysokofrekvenční generátor s expoziční automatikou, zadavatel požaduje:

Orgánové, předvolby - min. 1000 předvoleb s automatickým nastavením expoziční techniky, napětí, ohniska, filtrace, expoziční automatiky, pozice záříče i detektoru, přídavné filtrace a pozice primárních clon, automatické přednastavení postprocessingu

Postprocessing se provádí na akviziční stanici a nemá nic společné s generátorem. Může zadavatel vysvětlit, co je myšleno pojmem "automatické přednastavení postprocessingu" u generátoru?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje dodavateli, že je myšleno automatické přednastavení expozičních parametrů u generátoru.

Dotaz č. 2

V Technických požadavcích část 6. Výškově stavitelný, vertikální snímkový stativ s nastavením centrálního paprsku, zadavatel požaduje:

Možnost umístění centra nad podlahu do výšky max. 35 cm

Bude zadavatel akceptovat řešení s umístěním centra 38 cm? Jedná s o rozdíl, který nemá vliv na medicínské využití (při požadovaném SID 100-180 cm) a je v limitu 10 %.

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení dodavatele, z důvodu častých projekcí dolních končetin dospělých a stojících dětí, kde je velice důležitá a významná co nejnížší poloha snímkovacího stativu. Požadované řešení zadavatele splňuje více výrobců.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Dotaz č. 3

V Technických požadavcích část 3. Detektory, , zadavatel požaduje:

Scintilační vrstva typu Cesium Iodid, s polovodičovým vyčítacím systémem (amorfní silikon, a-Si)

Může zadavatel upřesnit zda údaj v závorce je pouze informativní nebo trvá na více teplotně citlivější vrstvě amorfního křemíku?

Odpověď:

Zadavatel trvá na parametru: Scintilační vrstva typu Cesium Iodid, s polovodičovým vyčítacím systémem (amorfní silikon, a-Si).

Dotaz č. 4

V Technických požadavcích část 2. Vysokorychlostní rentgenový zářič na pojízdném teleskopickém stropním závěsu s elektromagnetickými brzdami, c) Primární clona zadavatel požaduje:

s digitálním barevným dotykovým displejem s možností plného ovládání - možnost nastavení snímkovacích hodnot (mAs, kV), volba anatomického programu a zobrazení expozičních parametrů, identifikačních údajů pacienta, úhlu náklonu, SID a náhledu snímku.

Bude zadavatel akceptovat řešení, které splňuje tento požadavek jiným způsobem? Stropní závěs disponuje displejem, zobrazujícím expoziční parametry, identifikační údaje pacienta, úhel náklonu a SID. Náhled snímku je pak k dispozici na separátním 21" monitoru ve vyšetřovně. Toto řešení splňuje požadavek zadavatele a výrazně převyšuje medicínský účel, tj. zobrazení skiagrafického snímku pro možnost náhledu.

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení dodavatele. Řešení dodavatele je atypické a nevhodné pro příslušné pracoviště zadavatele.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVĚ STANOVENÁ LHŮTA JE DO 7. 9. 2020 DO 10:00 HODIN.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Koláčková