

Příloha č.11

Nemocnice Pardubice- Centrální urgentní příjem

7.NP- ARO + JIP zvýšená lůžka

ARO- 9x Dvouramenný dvojitý stropní stativ-DUO

JIP-Zvýšená péče- 8x Dvouramenný dvojitý stropní stativ-DUO

Dvouramenný dvojitý stropní stativ s nosností 180kg

- Levá strana- horní otočné rameno délky 750mm a otočně kyvné rameno délky 1000mm se zdvihem, sloupová hlava délky 750mm, elektromagnetické brzdy
- Pravá strana- horní otočné rameno délky 750mm a otočně kyvné rameno délky 1000mm, sloupová hlava délky 750mm, elektromagnetické brzdy, zdvih 600mm do 20s



Vybavení pracoviště: korpus, ramena RAL 9002, inslační lišty RAL 7006

Levá strana:

- 2x police o rozměru 430x480mm s bočními medilištami s jednou zásuvkou pod jednou s polic o velikosti 400x340mm
- nosič monitoru vitálních funkcí 500/300 mm se zdvihem
- dvouramenný nosič délky 300/300mm s 1000mm dlouhou tyčí pro infuzní dávkovače
- medilišta okolo sloupové hlavy
- orientáční osvětlení podlahy ze spodní strany sloupu hlavy
- 9x 230V s PA svorkou, 1x O2, 1xSV, 1x Vac, 2x 2RJ45, 2x příprava pro slaboproud

Pravá strana:

- 2x police o rozměru 430x480mm s bočními medilištami s jednou zásuvkou pod jednou s polic o velikosti 400x340mm
- 2x dvouramenný nosič délky 300/300mm s 1000mm dlouhou tyčí pro infuzní dávkovače případně infuzní sáčky
- medilišta okolo sloupové hlavy
- orientáční osvětlení podlahy ze spodní strany sloupu hlavy
- 9x 230V s PA svorkou, 1x O2, 1xSV, 1x Vac, 2x 2RJ45, 2x příprava pro slaboproud

Vyšetřovací LED lampa- 60 000 lux, 4 500K na společném kotvení spolu se stropním stativem

