

## Příloha č.1

### Nemocnice Pardubice- Centrální urgentní příjem

#### 1.NP- Zákrokový sál

#### Technická specifikace stropní stativ- 1x

Stropní otočně kyvný dvouramenný stativ –nosnost 180 kg

Ramena 1000 + 1000 mm, zdrojový sloup vysoký 1250 mm, zdvih do 20s 600mm



Výbava zdrojového sloupu: korpus, ramena RAL 9002, inslační lišty RAL 1023

Medicínální plyny: 2x O2, 2x AIR, 2x Vac, 2x N2O, 1x AGSS

Elektro: 10x zásuvka 230V s PA svorkou (4x VDO-oranžová, 6x ZIS-žlutá), 6x 2RJ45, 2x příprava slaboproudu pro budoucí instalace

#### Příslušenství zdr.sloupu:

4x police 530x480 mm s bočními medilištami- nosnost police 40kg

1x zásuvka pod spodní polici na příslušenství

1x ovládání brzd stativu na rukojetích (berany) umístěných v zadní části stativu

1x ramínko 500/300 mm se zdvihem + držák náhledového monitoru vitálních fcí

1x ramínko 400/400 mm pro nosič infuzní techniky

1x ramínko 400/400 mm pro nosič infuzních sáčků

1x lišta pro ukrytí přebytečných kabelů na pravé straně zdrojového sloupu ( cable management )

1x integrované osvětlení ve spodní části sloupu stativu ovládané na sloupu

2x košík, uchycení na medilištu ( hloubka košíku 280 mm )

1x medilišta okolo hlavy stativu pro příslušenství

2x medilišta 180mm ve spodní části hlavy stativu pro odsávací sestavu