

Příloha č. 3

Nemocnice Pardubice- Centrální urgentní příjem

1.NP- Expektační lůžka

3a- 3x Zdrojový most celkové délky 2440 mm pro 1 lůžko

3b- 2x Zdrojový most celkové délky 9040 mm pro 4 lůžka

Pojez s otočným tyčemi a policemi 1500mm

Pojezd s tyčí délky 1500mm



Vybavení pracoviště: korpus, nohy barva NCS-S-0500N, inslační lišty RAL 1023

Levá strana:

- Otočný pojezd s dvěma svislými tyčemi délky 1500mm s min zatížením 150kg
- 4x police o rozměru 430x480mm s bočními medilišti s nosností 40kg s dvěma zásuvkami pod jednou s polic o velikosti 400x340mm
- nosič monitoru vitálních funkcí 500/300 mm se zdvihem
- vyšetřovací dvouramenná LED lampička s volitelnou teplotou barev uchycená na mediliště police

Pravá strana:

- pojezd s jednou svislou tyčí délky 1500mm
- dvouramenný nosič délky 400/400mm s 1000mm dlouhou tyčí pro infuzní dávkovače a infuzní sáčky

Společné vybavení pro celé pracoviště: 1xO2, 1xSV4, 1xVac, 8x 230V- (6 ZIS-žlutá, 2x DO- zelená), 2x 2RJ45, 2x příprava pro slaboproudé instalace, přímé osvětlení, nepřímé osvětlení, noční osvětlení

