

Příloha č.10

Nemocnice Pardubice- Centrální urgentní příjem

7.NP- Intermediární péče + JIP

8x Intermediární pokoj zdrojový most celkové délky 2440 mm pro 1 lůžko

8x JIP zdrojový most celkové délky 2440 mm pro 1 lůžko

Pojez s otočným tyčemi a policemi 1500mm

Pojezd s tyčí délky 1500mm



Vybavení pracoviště: korpus, nohy barva NCS-S-0500N, instalační lišty RAL 7006

Levá strana:

- Otočný pojezd s dvěma svislými tyčemi délky 1500mm s min zatížením 150kg
- 4x police o rozměru 430x480mm s bočními medilištami s nosností 40kg s dvěma zásuvkami pod jednou s polic o velikosti 400x340mm
- nosič monitoru vitálních funkcí 500/300 mm se zdvihem
- vyšetřovací dvouramenná LED lampička s volitelnou teplotou barev uchycená na mediliště police

Pravá strana:

- pojezd s jednou svislou tyčí délky 1500mm
- dvouramenný nosič délky 400/400mm s 1000mm dlouhou tyčí pro infuzní dávkovače a infuzní sáčky

Společné vybavení pro celé pracoviště: 2xO2, 2xSV4, 2xVac, 18x 230V- (12 ZIS-žlutá, 6x VDO-oranžová), 3x 2RJ45, 3x příprava pro slaboproudé instalace, přímé osvětlení, nepřímé osvětlení, noční osvětlení

