



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

**Název veřejné zakázky:**  
**Operační svítidla**

**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení  
**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní  
**Předmět veřejné zakázky:** dodávky

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 11. 9. 2020

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1:

1. Zadavatel v Příloze č. 4 ZD - Technické podmínky požaduje parametr „průměr světelného pole ve vzdálenosti 1m nastavitelný v rozmezí 175 -260mm nebo více“ pro hlavní svítidlo a „průměr světelného pole ve vzdálenosti 1m nastavitelný v rozmezí 160-230mm nebo více“ pro satelitní svítidlo.

Bude zadavatel akceptovat průměr světelného pole ve vzdálenosti 1m nastavitelný v rozsahu 180 - 300mm pro hlavní i satelitní svítidlo?

Uvedený rozsah se dá dále upravit díky variabilní pracovní vzdálenosti svítidla, čímž lze dosáhnout hodnot původně požadovaných.

### Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat dodavatelem navrhované řešení.

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 10. 2020 do 11:00 hod.**

Oddělení veřejných zakázek  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.