



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Laboratorní přístrojové vybavení 1
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Praze dne 16. září 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotazy se týkají přílohy č. 4 ZD – Technické podmínky pro část 1

Dotaz č. 1

Je požadován „Autosampler a autoinjektor na kapalně vzorky“ a následně „Autosampler na plynné vzorky typu HeadSpace s přímou krátkou vyhřívanou transferlinou do plynového chromatografu....“

a. Dotazy:

- i. Nejsou definovány počty vialek pro tyto autosamplery? – prosím o doplnění
- ii. I když je jasně definován HeadSpace, rád bych se zeptal, zda by přesto nebyl akceptován jeden autosampler pro kapalně a plynné vzorky, i když není na principu vyhřívání transferliny ale naopak nástřik jehlou. Na základě zkušeností z obdobných pracovišť víme, že toto řešení je preferováno – větší univerzálnost, menší požadavek na místo, možnost ev. rozšíření o další techniku.
- iii. Pokud předchozí bod by byl akceptován, pak opět prosím o počty pozic v obou modech

Odpověď:

K bodu i: zadavatel požaduje pro HeadSpace min. počet pozic na sampleru 6, pro kapalně nástřik min. počet pozic 90.

K bodu ii: Zadavatel akceptuje i jeden autosampler pro kapalně a plynné vzorky, i když není na principu vyhřívání transferliny, ale naopak nástřik jehlou.

K bodu iii: Zadavatel požaduje pro HeadSpace min. počet pozic na sampleru 6, pro kapalně nástřik min. počet pozic 90.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Dotaz č. 2

Je požadováno „ Chytré databáze pro forensní vědu a metabolity“

a. Prosím o bližší specifikaci databází

Odpověď:

Jedná se knihovnu spekter MPW a databáze MRM přechodů pro toxikologicky významné látky (léčiva, drogy) a metabolity.

Dotaz č. 3

Je požadována „ Knihovna MS spekter“

a. Jedná se o NIST knihovnu?

Odpověď:

Ano, jedná se o NIST knihovnu (+ knihovnu spekter MPW uvedenou výše v rámci požadavku „ chytré databáze“).

**ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH INFORMACÍ PRODLUŽUJE LHŮTU PRO
PODÁNÍ NABÍDEK DO 19. 10. 2020 DO 10:00 HODIN. OSTATNÍ INFORMACE ZŮSTÁVAJÍ
NEZMĚNĚNY.**

S pozdravem

Mgr. Kateřina Kolářková