



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Laboratorní přístrojové vybavení 5
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (dle § 3 písm. b) zákona
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 16. září 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce

Dotazy se týkají části 3

Dotaz:

Místo LCD obrazovky - ovládací PC a širokoúhlým monitorem, pracovní SW s ovládání myši na klasickém PC.

Odpověď:

Ano, zadavatelem bude akceptováno.

Dotaz:

Místo zabudované termotiskárny - externí laserovou tiskárnu zapojenou přes USB v ovládacím PC.

Odpověď:

Ano, zadavatelem bude akceptováno.

Dotaz:

Místo fotometr s více vlnovými délkami: např. 650, 610 nm - přístroj technicky koncipován tak, že měří fluorescenční aktivitu vznikajícího imunokomplexu při jedné vlnové délce 450 nm. Přesnost tohoto měření garantuje výrobce metody příslušnou certifikací.

Odpověď:

Ano, zadavatelem bude akceptováno.

**ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO PRODLUŽUJE LHŮTU PRO
PODÁNÍ NABÍDEK DO 19. 10. 2020 DO 10:00 HODIN.**

S pozdravem

Mgr. Kateřina Kolářková