



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Laboratorní přístrojové vybavení 4
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 18. září 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Požadujete „Vč. ceny za připojení do monitorovacího systému (MS Falcon, COMET apod.)“. Je již na oddělení nějaký ze systémů nainstalován. Pokud není a nemá být součástí dodávky lednic je predikce ceny za připojení obtížná. Navrhujeme tento požadavek formulovat tak, že má mít lednice prostup pro čidlo monitorovacího systému.

Odpověď:

Zadavatel požaduje jako součást dodávky dodat i monitorovací systém viz. dotaz a odpověď č. 2. Nabídková cena teda musí být včetně připojení do tohoto systému.

Dotaz č. 2

Požadujete „Monitoring teplot“. Je tím myšleno, že má být součástí dodávky lednic i systém centrálního monitoringu teplot ve všech těchto lednicích nebo, že má mít každá lednice svůj vlastní teplotní monitoring bez napojení na vzdálené sledování?

Odpověď:

Ano, součástí dodávky má být i systém centrálního monitorování teplot a připojení všech 7 ks chladniček a 1 ks mrazničky do tohoto systému. Lednice zároveň může mít i svůj vlastní monitoring

ZADAVATEL DÁLE AKTUALIZUJE PŘEDMĚT PLNĚNÍ V ČÁSTI 2 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TO NÍŽE UVEDENÝM ZPŮSOBEM:



PŮVODNÍ TEXTACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ:

2.	Laboratorní lednice pro diagnostiku	7 ks	Odd. infekční diagnostiky Litomyšl
----	-------------------------------------	------	------------------------------------

NOVÁ TEXTACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ:

2.	Laboratorní mraznička a lednice pro diagnostiku	8 ks	Odd. infekční diagnostiky Litomyšl
----	---	------	------------------------------------

PŮVODNÍ PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem je 8 597 564,- Kč bez DPH.

2. část: Laboratorní lednice pro diagnostiku		
Název části 2 veřejné zakázky	Počet ks	Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH části 2 veřejné zakázky
Laboratorní lednice pro diagnostiku	7	578 512,- Kč bez DPH

NOVÁ PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA:

2. část: Laboratorní lednice pro diagnostiku		
Název části 2 veřejné zakázky	Počet ks	Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH části 2 veřejné zakázky
Laboratorní mraznička a lednice pro diagnostiku	8	628 099,- Kč bez DPH

V DŮSLEDKU NAVÝŠENÍ PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY DANÉ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOCHÁZÍ K NAVÝŠENÍ I CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY 8.647.151,- Kč BEZ DPH.

ZADAVATEL DÁLE STANOVUJE, ŽE PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA V ČÁSTECH 2, 3 A 4 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE HODNOTOU MAXIMÁLNÍ A NEPŘEKROČITELNOU.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

V PŘÍPADĚ, ŽE ÚČASTNÍK NABÍDNE HODNOTU VYŠŠÍ MŮŽE BÝT ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VYLOUČEN Z DŮVODU NESPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK.

ZADAVATEL DÁLE ZVEŘEJŇUJE AKTUALIZOVANOU PŘÍLOHU TECHNICKÝCH PODMÍNEK PRO ČÁST 2 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. DODAVATELÉ JSOU POVINNI PŘI ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK VYCHÁZET Z AKTUALIZOVANÝCH ÚDAJŮ. OSTATNÍ INFORMACE ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNY.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH INFORMACÍ PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 22. 10. 2020 DO 10:00 HODIN

S pozdravem.

Mgr. Kateřina Koláčková