



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Laboratorní vybavení pro patologicko-anatomické oddělení
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 22. září 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce

Dotaz č. 1:

V rámci veřejné zakázky s názvem: „Laboratorní vybavení pro patologicko-anatomické oddělení“ vedená pod evid. č. Z2020-027787, v části první s názvem: „Část 1 - 1ks automat pro imunohistochemii s modulem a příslušenstvím“, žadatel žádá o bližší specifikaci níže uvedených bodů, které jsou nutné pro přípravu finální kalkulace nabídkové ceny požadovaného plnění veřejné zakázky.

Uchazečem nabízené řešení poskytuje protokoly pro všechny zadavatelem uváděné protilátky přičemž nabízí možnost využití dalších protokolů pro budoucí plánované aplikace (až xxx protokolů), které se používají v běžné praxi klinických laboratoří. Nabízený systém navíc umožňuje využití jakýchkoliv protilátek třetích stran. Vedle toho použití detekčních formátů od jiných výrobců je nutně spojené s validací metody, která je časově a procesně náročná. Proces spojený s nutnou validací metody v klinické laboratoři navíc dále zatíží laboratorní personál, na jehož kapacitu zadavatel zejména poukazuje v odpovědi ze dne 7.9.2020 a může navíc vézt i ke zvýšení provozních nákladů. Požadavek na otevřenost systému pro detekci je spíše běžný pro využití ve výzkumné oblasti, kde možnost utváření vlastních protokolů hraje zásadní roli, narozdíl od klinických laboratoří, kde výrobcem validované resp. IVD certifikované metody přináší v konečném důsledku klinicky významné benefity a nevedou ke zvýšení provozních nákladů. Z uvedených důvodů se jeví požadavek na otevřenost systému pro detekci jako nepodstatný pro provoz klinické laboratoře a zdvořile žádáme zadavatele o vyjádření, zda bude akceptovat řešení, které pokryje potřeby všech současných používaných metod v laboratoři s možností jejich rozšíření o další certifikované protokoly / metody a které navíc není spojené se zvýšením nákladů na validaci metod a časovým vytížením laboratorního personálu?

Odpověď:

Ano, zadavatel akceptuje navrhované řešení

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje v Technických podmínkách pro část 1 - A) Technické parametry, Minimální kapacitu skel na jeden barvicí cyklus: 48 skel, ze kterého vyplývá, že požaduje zřejmě tzv. „batch“ systém, který umožňuje vkládání skel v jednotlivých sadách pro barvení dle použitého daného protokolu. Z odpovědi zadavatele ze dne 7.9. 2020 navíc vyplývá, že průměrná denní kapacita laboratoře se pohybuje v intervalu 30 - 80 skel za den. Uchazečem nabízené řešení pracuje s 30-ti individuálními na sobě nezávislými pozicemi pro barvení jednotlivých skel, čímž umožňuje navíc zvýšení variability barvení pro uživatele volbou až 30-ti odlišných protokolů a tím i zvýšení efektivity barvení laboratoře. Použití různých barvicích protokolů v závislosti na dané metodě se liší z hlediska času na barvicí cyklus. Využití individuálních pozic pro barvení tak umožňuje uživateli průběžně doplňovat skla a zpracovat větší počet barvicích metod, které zadavatel uvádí v rozsáhlém seznamu používaných protilátek. Z uvedeného důvodu se domníváme, že tento parametr nabízeného systému by mohl přinést uživateli větší benefit, než možnost obarvení až 48 skel v rámci jednoho barvicího cyklu. Bude zadavatel akceptovat nabídku tohoto technologicky vyspělejšího systému, který mu navíc přinese vyšší flexibilitu v možnosti využití více metod a navíc splní požadavky na denní kapacitu produkce připravených skel, která se dle požadavku zadavatele specifikované v této ZD jeví jako podstatnější, případně zdvořile žádáme, aby své trvání na daném parametru fakticky zdůvodnil?

Odpověď:

Ano, zadavatel akceptuje řešení vyšší flexibility nabízeného systému.

<

Dotaz č.3:

Zadavatel požaduje v Technických podmínkách pro část 1 - A) Technické parametry, Zajištění barvení až 140 skel během pracovního dne (vč. možnosti nočního běhu) přičemž dle odpovědi zadavatele ze dne 7.9. 2020 je průměrná denní produkce připravených skel v intervalu 30 - 80 (min - max). Denní kapacita námi nabízeného řešení je 120 skel za běžnou pracovní dobu. Nabízené řešení tedy výrazně převyšuje současnou maximální denní kapacitu laboratoře a poskytuje tak i dostatečnou kapacitu pro případné budoucí navyšování počtu vyšetření. Kapacita přístroje se dá navíc zvýšit i dle závislosti na typu používaných protokolů až na 140 skel za den (vč. možnosti nočního běhu) dle výše popsané vlastnosti nabízeného zařízení pracujícího s individuálními nezávislými pozicemi pro barvení. Bude zadavatel akceptovat nabídku tohoto řešení, které kapacitně převyšuje současné potřeby testování v laboratoři a nabízí i dostatečnou rezervu pro případné budoucí navýšení počtu skel?

Odpověď:

Ano, zadavatel akceptuje navrhované řešení

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 26. 10. 2020 DO 10:00 HODIN.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Koláčková