



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ:	275 20 536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva
Název veřejné zakázky:	Dodávka diagnostických popisovacích stanic
Druh zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Evidenční číslo zakázky ve VVZ:	Z2020-032214

V Pardubicích dne 25. 9. 2020

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 22. 9. 2020 následující dotaz, na který podává níže uvedené vysvětlení.

Dotaz:

Jako uchazeč bychom se rádi dotázali, zda při vyhotovování Přílohy č. 2 Technické specifikace a požadavky zadavatele nebyly podceněny požadavky na délku záruční lhůty na diagnostické monitory.

Hodnota monitorů v ceně dodávky tvoří její podstatnou část. Z toho důvodu je třeba si uvědomit, že při tak vysoké investici je možno požadovat vyšší garance. Při obecně dlouhé požadované záruční lhůtě vyplývající ze zadání veřejné zakázky (2 roky) by mohlo dojít k nepřímé škodě zadavateli, například nutností dalších investic v poměrně krátké době po koupi zařízení.

Rádi bychom upozornili, že v této cenové kategorii takto technicky sofistikovaných zařízení je standardně renomovanými výrobci poskytována délka záruky na tento typ zdravotnického prostředku pět let (60 měsíců). Výrobce tedy tímto garantuje nejenom vysokou kvalitu výrobku, ale rovněž již v ceně monitoru poskytuje zdarma další 3 roky záruky nad zákonnou normu.

V této 5ti leté záruční lhůtě je u diagnostických monitorů výrobcem garantován nejenom případný servis = provádění odborné údržby a oprav zdravotnického prostředku v souladu s pokyny výrobce, ale rovněž i po stejnou dobu pěti let je garantována minimální hodnota jasu podsvětlovacího systému monitoru, aby po celou tuto dobu splňoval požadavky kalibrace a testování dle normy DICOM.

Právě garance výrobce monitoru, že jas monitoru po dobu pěti let používání nepoklesne pod minimální hodnotu, přináší zadavateli jistotu, že po celou tuto dobu bude možno na monitoru provádět precizní diagnostiku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Tím je zaručeno, že zadavatel nebude muset minimálně po dobu pěti let investovat žádné dodatečné finanční prostředky pro zajištění kontinuálního provozu pracoviště.

Dotaz uchazeče:

Bude zadavatel z výše uvedených důvodů požadovat u diagnostických monitorů prodlouženou záruku v trvání 60 měsíců?

Odpověď zadavatele:

Ne, zadavatel nebude požadovat u diagnostických monitorů prodlouženou záruku v trvání 60 měsíců. Zadavatel trvá na svém požadavku na délku záruční doby 24 měsíců.

Zadavatel neprovedl změnu ani doplnění zadávací dokumentace, které by vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
e-mail: verejne.zakazky@nempk.cz