



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ: 275 20 536
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva
Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

Název veřejné zakázky: **Dodávka diagnostických popisovacích stanic**
Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: ZZ020-032214

V Pardubicích dne 29. 9. 2020

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 24. 9. 2020 následující dotaz, na který podává níže uvedené vysvětlení.

Dotaz:

Požadavek zadavatele uvedený v Příloze č. 2 - Technická specifikace a požadavky zadavatele:

- kancelářský LCD barevný monitor, uhlopříčka min. 19“, rozlišení min. 1280x1024 (min. 1 310 720 bodů), kontrast min. 1000:1, svítivost min. 250 cd/m², reproduktory, LED podsvit, pozorovací úhel min. 170, výškově stavitelný

Dotaz uchazeče:

Bude zadavatel akceptovat nabídku kancelářského LCD barevného monitoru pro NIS systém s následujícími základními technickými parametry?

Širokoúhlý 19,5" monitor; LED podsvícení, poměr stran 16:9, rozlišení 1600 x 900 bodů (1 440 000 bodů), doba odezvy 5ms, jas 250 cd/m², kontrast 5M:1 dynamicky, konektory: D-SUB, DVI-D, 2x 2W reproduktory; pivot podstavec.

K návrhu tohoto řešení nás vedou především důvody technické, ale rovněž vzhledové (diagnostický monitor je také širokoúhlý).

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na požadovaných vlastnostech a parametrech uvedených pro kancelářský LCD barevný monitor v příloze zadávací dokumentace č. 2 - Technická specifikace a požadavky zadavatele.

Zadavatel neprovedl změnu ani doplnění zadávací dokumentace, které by vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
e-mail: verejne.zakazky@nempk.cz