



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Multidetektorový CT přístroj pro Chrudimskou nemocnici - znovuvyhlášení
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 5. 10. 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

Zadavatel v úvodu specifikace požaduje dodání CT systému, který “Je určený pro CT vyšetření zejména v oblasti traumatologické, neurologické, břišní a pánevní, plicní a gastroenterologické, a to včetně intervenčních výkonů, dále CT skiaskopie a základního kardio vyšetření vč. CT koronarografie, vybavený inteligentním systémem redukce dávky.”

Chápeme správně, že požadavek na CT skiaskopii souvisí s prováděním intervenčních výkonů, jako jsou např. biopsie pod CT kontrolou a je tedy alternativním řešením pro stejný medicínský účel.

Pro provádění intervenčních zákroků jsou naše CT systémy vybaveny režimem kontinuálního CT (CCT), který lékaři umožňuje pořizování skenů přímo z vyšetřovny, kdy lékař pomocí nožního pedálu spouští jednotlivé skeny nebo serie skenů a kontroluje bezprostředně snímky na monitoru ve vyšetřovně. Takto monitoruje polohu jehly a její navádění do oblasti zájmu.

Režim kontinuálního CT akcentuje současné požadavky na intervenční provoz CT a je navržen s ohledem na maximální ochranu intervencujícího lékaře před ionizujícím zářením.

Dotaz č.1:

Chápeme správně, že požadavek na CT skiaskopii souvisí s prováděním intervenčních výkonů, jako jsou např. biopsie pod CT kontrolou a je tedy alternativním řešením pro stejný medicínský účel?

Odpověď:

Ano, dodavatel to chápe správně.

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat dodání CT systému s funkčním rozšířením určeným pro intervenční výkony v režimu kontinuálního CT?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Odpověď:

vzhledem k tomu, že zadavatel blíže nespecifikoval funkcionalitu CT skiaskopie, není dodavatelem nabízené řešení v rozporu se požadavky zadavatele

S pozdravem

Mgr. Kateřina Kolářková