



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky:	Přístroje a nástroje pro operační sály
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Praze dne 5. října 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Níže zasílám dotaz k částem 1, 2, 3 a 4

Dotaz:

Specifikaci položky „Samostatné FullHD záznamové zařízení“ obsahuje ve výčtu požadovaných funkcionalit body „Streamování ve FullHD kvalitě v rámci nemocničního intranetu“ a „Připojení a současný záznam min. 2 zdrojů signálu“. Tyto parametry jsou provázány jak technologicky, tak i možným využitím z pohledu medicínského účelu. V kontextu celku a účelu pro jaký jsou přístroje pořizovány a na základě výše uvedeného uchazeč předpokládá, že i požadavek „Streamování ve FullHD kvalitě v rámci nemocničního intranetu“ musí umožňovat stream obou připojených videosignálů současně tak, aby bylo zajištěno plné využití získaných dat např. pro vzdálenou spolupráci, online konsilia či pro edukační účely. Je tento předpoklad správný?

Odpověď:

Ano, tento předpoklad je správný

S pozdravem

Mgr. Kateřina Kolářková