



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Laboratorní přístrojové vybavení 4
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 5. října 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Vzhledem k tomu, že ve vysvětlení zadávací dokumentace č.4 požadujete „... dodat i monitorovací systém centrálního monitorování teplot pro všech 7 ks chladniček a 1 ks mrazničky“, prosíme Vás o zveřejnění plánu, ze kterého bude patrné:

1. Rozmístění jednotlivých, do monitorovacího systému zapojených, přístrojů
2. Umístění „centrály“ monitorovacího systému
3. Rozměry místností (vzdálenosti mezi místnostmi a centrálou)

Odpověď:

K bodu 1. zadavatel doplňuje plán (L = lednice, M = mrazák)

K bodu 2. zadavatel doplňuje plán (PC = „centrála“ monitorovacího systému)

K bodu 3. zadavatel doplňuje plán - rozměry místností jsou orientační

Dotaz č. 2

V souvislosti s tím máme ještě poddotaz, zda je ve všech místech, kde bude 8 ks poptávaných přístrojů umístěno, využitelný vývod počítačové sítě?

Odpověď:

v tuto chvíli bohužel v daných místnostech nejsou využitelné vývody počítačové sítě

Dotaz č. 3

V dalších podmínkách a požadavcích jsou uvedeny následující položky:

- Provedení instruktáže obsluhy
- Dodání oprávnění školitele
- dodání dokumentace, prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku

Vzhledem k tomu, že v charakteristikách poptávaných přístrojů není výslovně uvedeno, že to musí být pouze přístroje s certifikátem dle direktivy EU o zdravotnických prostředcích (93/42/ES), jsou



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

tyto požadavky irelevantní, neboť se vztahují pouze ke zdravotnickým prostředkům. Protože lze, dle aktuálních technických podmínek, nabídnout i nezdravotnické prostředky, navrhneme zrušení výše uvedených položek.

Odpověď:

Ano, zadavatel vypouští požadavky z dalších podmínek a požadavcích:

- Provedení instruktáže obsluhy
- Dodání oprávnění školitele
- dodání dokumentace, prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku

Dotaz č. 4

v návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 18. září 2020 vzešly další dotazy. Zadavatel zde sděluje, že požaduje jako součást dodávky i monitorovací systém a připojení všech 7 ks chladniček a 1 ks mrazničky do tohoto systému.

Nový centrální monitorovací systém se standardně instaluje, až jsou všechny přístroje na místě, tedy až jsou známy okolnosti pro napojení, např. vzdálenosti všech přístrojů.

Proto by bylo lepší vypsát samostatnou zakázku na monitorovací systém až po dodání všech přístrojů.

Pokud chce zadavatel monitorovací systém jako součást dodávky ledniček a mrazničky, musí zveřejnit informace o umístění přístrojů, nejlépe ve výkresu místnosti se všemi rozměry a umístěním el. zásuvek.

Odpověď:

Zadavatel uveřejnil rozmístění jednotlivých, do monitorovacího systému zapojených, přístrojů, umístění centrály monitorovacího systému a rozměry místností.

**ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH INFORMACÍ PRODLUŽUJE LHŮTU PRO
PODÁNÍ NABÍDEK DO 11. 11. 2020 DO 10:00 HODIN**

S pozdravem.

Mgr. Kateřina Koláčková

Příloha:

- pláněk