

## **Specifikace a technické parametry předmětu plnění část A – vyšetřovací rukavice pro jednorázové použití, nesterilní, nitrilové, bez pudru**

**účel použití:** vyšetřovací rukavice pro jednorázové použití, vhodné pro běžné použití jako první volba pro bariérovou ochranu ve zdravotnictví

### **požadované normy:**

- rukavice musí odpovídat evropské směrnici 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích: třída I
- rukavice musí být ve shodě s nařízením o potravinách: č. 1935/2004
- rukavice musí splňovat normy ČSN EN ISO 21420, ČSN EN 455 – EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4
- nepropustnost dle normy ČSN EN 455-1 AQL 1,5
- síla přetržení dle normy ČSN EN 455-2  $\geq 6$  N

Splnění výše uvedených norem a technických vlastností nabízeného předmětu doloží účastník veřejné zakázky technickými listy, popř. jinými obdobnými doklady.

### **požadované vlastnosti:**

- vyrobené z nitrilu
- bez pudru
- nesterilní
- pravolevé
- nepropustné
- vysoce elastické, pevné, s rolovaným lemem, s dotekovou citlivostí
- umožňující dobrý úchop
- s rukavicemi musí být snadná manipulace při nasazování, nesmí být slepené
- délka rukavice minimálně 240 mm
- velikost S, M, L a XL

### **balení:**

- obsah balení rukavic 100 kusů, 10 balení v kartónu
- na balení musí být uvedeny piktogramy v souladu s uvedenými normami