

Specifikace a technické parametry předmětu plnění část C – souprava jehel k vrtačce pro nitrokostní cévní přístup

účel použití: intraoseální přístup zajišťuje podání léků do cévního řečiště cestou kostní dřene

požadujeme:

- sterilní set, který tvoří katetr s konektorem Luer-lock, jehla, ochranný box a identifikační pásek
- tloušťka jehly: 15Ga (gauge), nerez ocel 304
- délka jehly:
 - jehla růžová dětská 3-39 kg - délka 15 mm
 - jehla modrá dospělá nad 40 kg - délka 25 mm
 - jehla žlutá dlouhá pro obézní - délka 45 mm
- jehla musí být kompatibilní s EZ-IO G3 intraoseální vrtačkou a s fixátorem intraoseální jehly
- jehla musí být v seznamu ZUM – hrazena zdravotní pojišťovnou a s expirací minimálně 3 roky
- možnost nákupu po kusech