

Specifikace a technické parametry předmětu plnění část D – periferní žilní kanyly

účel použití: sterilní intravenózní kanyla s fixačními křídly k zajištění periferní žíly

technická specifikace:

- materiál katetru – FEP/ETFE (fluorovaný ethylen-propylen/ethylen tetrafluorethylen) – teflon – udržuje tvar během zavádění, minimalizuje riziko zánětu žil a alergických reakcí, je odolný proti zalomení
- formovatelná křídélka k fixaci
- dobrá vizuální identifikace rozměru (gauge) – barevné odlišení velikostí dle normy ČSN EN ISO 10555-5 (855825)
- snadné atraumatické zavádění – ostrý hrot se speciálním silikonovým povlakem pro hladké zavedení do žíly, větší rozsah úhlů pro kanylaci
- kanyla s transparentní zpětnou komorou pro kontrolu krevního návratu
- jednotlivé balení každé kanyly ve sterilním, snadno otevíratelném obalu

požadované velikosti:

- barva žlutá: 24G, externí průměr kanyly : 0,74 mm, interní průměr kanyly: 0,55 mm, délka kanyly: 19 mm, průtok/min: 29 ml
- barva modrá: 22G, externí průměr kanyly : 0,90 mm, interní průměr kanyly: 0,65 mm, délka kanyly: 25 mm, průtok/min: 42 ml
- barva růžová: 20G, externí průměr kanyly : 1,00 mm, interní průměr kanyly: 0,75 mm, délka kanyly: 32 mm, průtok/min: 59 ml
- barva zelená: 18G, externí průměr kanyly : 1,30 mm, interní průměr kanyly: 0,95 mm, délka kanyly: 32 mm, průtok/min: 103 ml
- barva šedá: 16G, externí průměr kanyly : 1,75 mm, interní průměr kanyly: 1,35 mm, délka kanyly: 45 mm, průtok/min: 225 ml

technická podmínka: kompatibilita s plastovou prodlužovací šroubovací hadičkou se zakončením na obou koncích kužely LL

Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména nařízením vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.

O splnění těchto požadavků učiní dodavatel v nabídce čestné prohlášení. Vybraný dodavatel je povinen před podpisem smlouvy předložit zadavateli doklady o splnění výše uvedených požadavků.