



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Název veřejné zakázky:	Přístroje a nástroje pro operační sály
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Praze dne 8. října 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Část: Samostatné Full HD záznamové zařízení

Požadavek: Připojení a současný záznam minimálně 2 zdrojů signálu

Dotazy: V technických podmínkách je stanoven požadavek pořizovat na 1 záznamové zařízení záznam současně (v jednom okamžiku) ze 2 zdrojů signálu, avšak v praxi bývá na endoskopické věži pouze jeden jediný zdroj signálu a tím je kamera endoskopické hlavy, tento požadavek je tudíž z našeho pohledu neopodstatněný. Které 2 zdroje signálu současně by mělo záznamové zařízení zpracovávat? Bude zadavatel akceptovat nabídku záznamového zařízení, které bude zpracovávat současně pouze 1 zdroj signálu a je v praxi zcela vyhovující?

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení uchazeče. Zadavatel požaduje 2 zdroje signálu (současně využití např. laparo a endo signálu nebo signálu z kamery operačního světla, které se již vyskytuje u specifických operačních výkonů), protože pořizované vybavení je s výhledem používání min. 10 let na pracovištích Zadavatele a s aktuálním rychlým rozvojem zdravotnických technologií i operačních postupů je zcela opodstatněné.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Koláčková