



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Název veřejné zakázky:
Operační svítidla

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 8. 10. 2020

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

1)

V minimálních technických parametrech zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Operační svítidla**“ požadujete tento parametr pro Hlavní svítidlo:

- světlo s plynule nastavitelnou barevnou teplotou min. 3600 °K a více, s rozsahem min.1000 °K

Jsme dodavatelem operačních svítidel s nastavitelnou barevnou teplotou 3800 °K - 4800 °K .
Domníváme se, že tento parametr je standardní a pro většinu nemocnic vhodný.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku s nastavitelnou barevnou teplotou pro Hlavní svítidlo 3800 °K - 4800 °K ?

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení dodavatele, které by snížilo možnosti regulace barevné teploty.



Dotaz č. 2:

2)

V minimálních technických parametrech zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Operační svítidla“ požadujete tento parametr pro Satelitní svítidlo:

- světlo s plynule nastavitelnou barevnou teplotou min. 3600 °K a více, s rozsahem min. 1000 °K

Jsme dodavatelem operačních svítidel s nastavitelnou barevnou teplotou 3800 °K - 4800 °K. Domníváme se, že tento parametr je standardní a pro většinu nemocnic vhodný.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku s nastavitelnou barevnou teplotou pro Satelitní svítidlo 3800 °K - 4800 °K ?

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení dodavatele, které by mohlo být potenciálně rizikové z pohledu zvětšení požadovaného min. průměru osvětlení v operačním poli.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.