



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:
RTG přístroj s C ramenem

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 10. 10. 2020

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Položka veřejné zakázky:

RTG přístroj s C ramenem a FLAT detektorem pro COS Orlickoústecké nemocnice – 1 ks

Požadavek:

hloubka C ramene v oblouku min. 700 mm

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat námi nabízenou hodnotu tohoto parametru 680 mm?

Tento rozdíl je zcela minimální a nemá význam v klinické praxi ani pro medicínské použití přístroje.

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat nabízenou hodnotu parametru.

ZADAVATEL PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 11. 11. 2020 DO 10:00 HOD.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.