



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Laboratorní přístrojové vybavení 1
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Praze dne 12. října 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Dotaz k části 1 – Plynový chromatograf

• U parametru EI MRM S/N je uvedeno, že pro 100fg OFN má být hodnota S/N minimálně 40 000. Tento údaj je velmi obtížně stanovitelný, záleží např. na odečtu úrovně baseline. Bude akceptováno řešení, kdy je S/N pro nástrík 1ul OFN o koncentraci 100fg/ul je 30 000 :1 přičemž zůstává v platnosti požadavek hodnoty IDL nižší než 0,5 fg?

Odpověď:

Bude akceptováno i řešení navržené tazatelem, tj. S/N pro nástrík 1ul OFN o koncentraci 100fg/ul je 30 000 :1 přičemž zůstává v platnosti požadavek hodnoty IDL nižší než 0,5 fg.

Dotaz č. 2

U výše uvedeného požadavku není uveden objem nástríku, prosím, můžete specifikovat jestli se jedná o hodnotu odpovídající nástríku 1ul nebo vyšší?

Odpověď:

Jedná se o absolutní hodnotu 100 fg OFN v nástríku, např. nástrík 1 µl OFN o koncentraci 100 fg/µl.

Dotaz č. 3

Mají být součástí dodávky GC kolony? Pokud ano, jaký je požadavek?

Odpověď:

Nepožadujeme kolony jako součást dodávky.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

**ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH INFORMACÍ PRODLUŽUJE LHŮTU PRO
PODÁNÍ NABÍDEK DO 16. 11. 2020 DO 10:00 HODIN. PRODLOUŽENÍ LHŮTY SE TÝKÁ VŠEC
H ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. OSTATNÍ INFORMACE ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNY.**

S pozdravem
Mgr. Kateřina Koláčková