



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Název veřejné zakázky:	Přístroje a nástroje pro operační sály
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Praze dne 18. října 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v rámci technických parametrů v části 1 veřejné zakázky Přístroje a nástroje pro operační sály 1 - Laparoskopická sestava 3D pro COS Pardubické nemocnice – 1 ks v rámci položky:

Monitor sekundární

„Uchycení na pohyblivém dvou-kloubovém rameni upevněném na přístrojovém vozíku.“

Z důvodu velikosti i váhy požadovaného 55“ monitoru se účastník domnívá, že jeho umístění na dvou-kloubové rameno přístrojového vozíku není možné a vedlo by ke značné nestabilitě celé sestavy.

Bude zadavatel akceptovat nabídku, kde požadovaný monitor 55“ bude umístěn na samostatném mobilním výškově a stranově nastavitelném stojanu?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat.

Dotaz č. 2:

S výše uvedeným souvisí další dotaz, který se týká parametru požadovaného ve stejné části veřejné zakázky u položky:

Přístrojový vozík na celou sestavu

„2x pohyblivé min 2 kloubové rameno na centrální LCD monitor.“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

V případě umístění monitoru 55“ na samostatný mobilní stojan je možné umístit centrální/primární monitor na jedno dvou-kloubové rameno umístěné centrálně na přístrojovém vozíku.

Bude zadavatel akceptovat toto řešení?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení.

Dotaz č. 3

Zadavatel požaduje v rámci technických parametrů v části 1 - 4 veřejné zakázky Přístroje a nástroje pro operační sály, v rámci položky:

Samostatné Full HD záznamové zařízení

„Vestavěný HDD min. 1TB s možností rozšíření min o 1 TB.“

Pro vyloučení všech nejasností žádá účastník o doplňující informaci, zda lze chápat požadavek na možnost rozšíření disku o 1TB, jako možnost připojení externího HDD s volitelnou kapacitou, až 4 TB?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Dotaz č. 4

Zadavatel požaduje v rámci technických parametrů v části 1 -4 veřejné zakázky Přístroje a nástroje pro operační sály, v rámci položky:

Samostatné Full HD záznamové zařízení

„Připojení a současný záznam min. 2 zdrojů signálu.“

Pro vyloučení všech nejasností žádá účastník o doplňující informaci, zda lze chápat požadavek na Připojení a současný záznam min. 2 zdrojů signálu, jako možnost záznamu dvou zdrojů videosignálu do jednoho souboru a to jako "SIDE by SIDE", čili souběžný záznam zdrojů vedle sebe?

Odpověď:

NE, nejedná se o vytvoření jednoho videosignálu ze dvou tak jako „SIDE by SIDE“, ale o paralelní využití dvou videosignálů současně.

Dotaz č. 5

Zadavatel požaduje v rámci technických parametrů v části 1 -4 veřejné zakázky Přístroje a nástroje pro operační sály, v rámci položky:

Samostatné Full HD záznamové zařízení

„Streamování ve FullHD kvalitě v rámci nemocničního intranetu.“

Pro vyloučení všech nejasností žádá účastník o doplňující informaci, zda lze požadovanou funkcionalitu Streamování ve FullHD kvalitě v rámci nemocničního intranetu, chápat jako schopnost streamovat dva zdroje zdroje signálu, s tím, že jednotlivé zdroje se přepínají, takže je aktivní ten zdroj, který je zvolený?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Odpověď:

NE, nejedná se o přepínání jednotlivých zdrojů videosignálu, ale o paralelní využití dvou videosignálů současně.

Dotaz č. 6

Zadavatel v Příloze č. 4 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 2 požaduje „Možnost připojení resekčních kliček různých velikostí (malá, střední, velká)“.

Účastník žádá zadavatele o upřesnění, zda požaduje bipolární resekční kličku různých velikostí (malá, střední, velká) ve tvaru půlměsíce bez dalších částí nebo připouští i starší řešení bipolární resekční kličku různých velikostí (malá, střední, velká) ve tvaru půlměsíce s dalšími částmi sloužícími pro průchod el. proudu, které jsou viditelné v operačním poli zejména při plném vysunutí kličky?

Odpověď:

Zadavatel obecně požaduje „Možnost připojení resekčních kliček různých velikostí (malá, střední, velká)“ a umožňuje dodavatelům nabídnout různá řešení, kde hlavním předpokladem je zajištění přehledného zorného pracovního pole operátora.

Dotaz č. 7

V zadávací dokumentaci, v sekci požadované vlastnosti a parametry sestavy u položky Primárního monitoru požaduje zadavatel 1 ks barevného monitoru s rozlišením Full HD 3D, medicínský atest. Bude zadavatel akceptovat technické řešení s vyšším rozlišením 4K/UHD, 2D, které standardem při artroskopických operacích?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat technické řešení nabízené dodavatelem.

Dotaz č. 8

V zadávací dokumentaci, v sekci požadované vlastnosti a parametry sestavy u položky Samostatné Full HD záznamové zařízení požaduje zadavatel vestavěný HDD min. 1TB s možností rozšíření min o 1 TB. Z důvodu zabezpečení dat a GDPR používá námi nabízené řešení interní disk o velikosti 128GB, který je určen pouze jako dočasné úložiště, před exportem dat na zabezpečené datové úložiště (PACS nebo síťové diskové pole). Bude zadavatel akceptovat technické řešení o velikosti interního disku 128GB?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat technické řešení nabízené dodavatelem.

Dotaz č. 9

V zadávací dokumentaci, v sekci požadované vlastnosti a parametry sestavy u položky Samostatné Full HD záznamové zařízení požaduje zadavatel ovládání dotykovým displejem min. 15“. Námi nabízené technické řešení využívá k ovládání záznamového zařízení tablet s medicínským atestem a uhlopříčkou 10,1 palce. Domníváme se, že tato vlastnost nemá vliv na funkční a medicínské vlastnosti přístroje. Bude zadavatel akceptovat technické řešení s dotykovým monitorem o úhlopříčce 10,1“?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat technické řešení nabízené dodavatelem.

Dotaz č. 10

V zadávací dokumentaci, v sekci požadované vlastnosti a parametry sestavy u položky Kamerová jednotka požaduje zadavatel podporu endoskopů rigidních i flexibilních se snímacím čipem na distálním konci. Domníváme se, že námi nabízené technické řešení kamerové hlavy 4K UHD CMOS umožňující použití a napojení stávajících artroskopických optik různých výrobců pomocí očníkového adaptéru, nemá vliv na funkční a medicínské vlastnosti přístroje. Bude zadavatel akceptovat technické řešení připojení rigidních optik s očníkovým adaptérem, které standardem při artroskopických operacích? V zadávací dokumentaci, v sekci požadované vlastnosti a parametry sestavy u položky Kamerová Hlava požaduje zadavatel optický ZOOM min. 2x. Bude zadavatel akceptovat technické řešení s digitální zoom 1,5x? V zadávací dokumentaci, v sekci požadované vlastnosti a parametry sestavy u položky Artroskopická duální pumpa s integrovaným shaverem (nebo kompatibilita se samostatným shaverem) zadavatel požaduje oscilaci v rozmezí 500-3.500 otáček/minuta. Je hodnota 3.500 otáček/minuta určena jako maximální požadovaná nebo bude zadavatel akceptovat řešení, které má max. hodnotu otáček/minuta 3.000, jelikož toto nemá vliv na určený medicínský účel?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat všechny výše uvedené technické řešení nabízené dodavatelem.

Dotaz č. 11

V zadávací dokumentaci, v sekci požadované vlastnosti a parametry sestavy u položky Artroskopická duální pumpa s integrovaným shaverem (nebo kompatibilita se samostatným shaverem) zadavatel požaduje jednosměrný provoz v rozmezí alespoň 500 – 10.000 otáček/minuta. Je hodnota 10.000 otáček/minuta určena jako maximální požadovaná nebo bude zadavatel akceptovat řešení, které má max. hodnotu otáček/minuta 8.000 jelikož toto nemá vliv na určený medicínský účel?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat technické řešení nabízené dodavatelem.

Dotaz č. 12

V zadávací dokumentaci, v sekci požadované vlastnosti a parametry sestavy u položky Artroskop zadavatel požaduje průměr 10 mm. Při artroskopických operacích jsou vždy v praxi používány artroskopy o průměru 4 mm. Prosíme o informaci, zda zadavatel skutečně pro daný medicínský účel požaduje artroskopy o průměru 10 mm nebo bude akceptovat nabídku s artroskopy o průměru 4mm?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat technické řešení nabízené dodavatelem.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH INFORMACÍ PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVÁ LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK JE STANOVENA DO 27. 11. 2020 DO 10:00 HODIN. PRODLOUŽENÍ LHŮTY SE TÝKÁ VŠECH ČÁSTÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. OSTATNÍ INFORMACE ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNY.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Kolářková