



## VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen také „ZZVZ“)

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
**IČ:** 275 20 536  
**Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:** MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva  
Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

**Název veřejné zakázky:** Dodávka diagnostických popisovacích stanic  
**Druh zadávacího řízení:** Otevřené nadlimitní řízení  
**Druh veřejné zakázky:** Dodávky  
**Evidenční číslo zakázky ve VVZ:** Z2020-032214

V Pardubicích dne 20. 10. 2020

Zadavatel ve smyslu ustanovení § 99 ZZVZ mění zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci níže uvedeným způsobem.

Zadavatel mění znění odpovědi na dotaz dodavatele uveřejněný na profilu zadavatele dne 6. 10. 2020 v dokumentu „Vysvětlení ZD č. 3“, tak, že text odpovědi na dotaz dodavatele k bodům č. 1) až 3) ruší

*„Zadavatel trvá na zadání uvedeném v technické specifikaci, která deklaruje nutnou shodu diagnostických monitorů s platnou legislativou, tedy i s uvedenými zákony a směrnicemi tazatele. A dále jak je uvedeno v druhém řádku tabulky technické specifikace: „diagnostický monitor vhodný dle doporučení ČRS pro hodnocení RTG snímků“, z čehož jednoznačně vyplývá jeho užití. Na podkladě uvedeného zadavatel pouze upřesňuje, že požadované diagnostické monitory musí být minimálně zdravotnickým prostředkem IIa třídy.“*

a nahrazuje ho novým zněním:

**„Zadavatel trvá na zadání uvedeném v technické specifikaci, která deklaruje nutnou shodu diagnostických monitorů s platnou legislativou, tedy i s uvedenými zákony a směrnicemi tazatele. A dále jak je uvedeno v druhém řádku tabulky technické specifikace: „diagnostický monitor vhodný dle doporučení ČRS pro hodnocení RTG snímků“, z čehož jednoznačně vyplývá jeho užití. Na podkladě uvedeného zadavatel pouze upřesňuje, že požadované diagnostické monitory musí být minimálně zdravotnickým prostředkem třídy I.“**

Ostatní ustanovení a podmínky veřejné zakázky zůstávají nezměněny.

**Vzhledem k provedené změně zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku do 23. 11. 2020 do 10:00 hod.**

Oddělení veřejných zakázek  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
e-mail: [verejne.zakazky@nempk.cz](mailto:verejne.zakazky@nempk.cz)