



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



**NEMOCNICE**  
PARDUBICKÉHO KRAJE

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	Laboratorní přístrojové vybavení 4
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 21. října 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

V upravené zadávací dokumentaci je u laboratorní mrazničky požadováno - Min. 5 výsuvných zásuvek z nerez oceli

**Nerez ocel je poměrně nepraktická, neboť k ní skladovaný materiál má tendenci přimrzat. Bude akceptována nabídka laboratorní mrazničky s plastovými zásuvkami, přičemž u laboratorních přístrojů se jedná o plast tvrzený, přizpůsobený častější manipulaci a odolný teplotám -30°C?**

Odpověď:

Ne, zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení tazatele. Ne jedná se o běžně dostupnou alternativu

S pozdravem.

Mgr. Kateřina Koláčková