



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Laboratorní linka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Praze dne 23. října 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v příloze s názvem Kupní smlouva v čl. II bod 1 dodání laboratorní linky do 12 týdnů od nabití účinnosti smlouvy a montáž a uvedení do provozu do 14 dní.

Vzhledem k tomu, že laboratorní linka je vyráběna na míru požadavkům zadavatele tak, aby odpovídala specifickým a odborným potřebám laboratoře, žádáme zadavatele o prodloužení dodání laboratorní linky na 16 týdnů a uvedení do provozu na 4 týdny.

Zároveň bychom se chtěli zeptat, zda maximální celková doba na zprovoznění laboratorní linky je součet doby na dodání a doby uvedení do provozu.

Odpověď:

Zadavatel vyhovuje požadavku a stanovuje termín na dodání laboratorní linky v délce 16 týdnů a uvedení do provozu 4 týdny.

Ano, maximální celková doba na zprovoznění laboratorní linky je součet doby na dodání a doby uvedení do provozu.

Úpravy smlouvy budou provedeny před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem. Návrh smlouvy nemusí být součástí nabídky. |

Dotaz č.2:

Zadavatel v zadávací dokumentaci bod 6.2 uvádí, že celková nabídková cena má být stanovena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Chápe uchazeč správně, že cena spotřebního materiálu stanovená na základě předpokládaného počtu testů za jeden rok a uvedená v tabulce „Cena spotřebního materiálu za 4 roky“ se skládá ze součtu cen za jeden test a kalibrátorů, kontrol a veškerých pracovních roztoků nutných pro provoz nabízené laboratorní linky? Pokud ano, chtěli bychom požádat zadavatele o informace v jaké frekvenci a na kolika hladinách probíhají kontroly u požadovaných metod.

Odpověď:

Ano, tazatel to chápe správně. Frekvence kontrol se nedá bez znalosti stabilit kalibrací jednoznačně určit. Frekvence kontrol se nedá bez znalosti stabilit kalibrací jednoznačně určit, stability mohou být deklarované v příbalové dokumentaci reagentů, která není v této chvíli dostupná. Frekvence a počet kontrolních hladin se řídí obecnými pravidly odborné společnosti.

Dotaz č.3:

Zadavatel požaduje v příloze s názvem Rámcová kupní smlouva v čl. II s názvem Uzavírání objednávek a dodávka zboží v bode 3 potvrzení každé objednávky opatřit uznávaným elektronickým podpisem.

Bude zadavatel akceptovat potvrzení každé objednávky bez elektronického podpisu?

Odpověď:

ANO, dodavatel bude akceptovat potvrzení bez elektronického podpisu.

Dotaz č.4:

Zadavatel požaduje v příloze s názvem Rámcová kupní smlouva v čl. II s názvem Uzavírání objednávek a dodávka zboží v bode 13 uvedení na dodacím listě údaj o síle léčiva.

U zboží nabízeného v dané veřejné zakázce je daný údaj neadekvátní. Může zadavatel upravit požadované údaje v Rámcové kupní smlouvě?

Odpověď:

Zadavatel, potvrzuje, že nebude požadovat uvedení na dodacím listě údaj o síle léčiva. Daná informace bude upravena před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.

Dotaz č. 5

Žadatel žádá o doplnění ZD o: plán laboratoře, ideálně ve formátu .dwg, z důvodu nutnosti vypracování podkladů pro doplnění příslušné části přílohy č. 4 ZD s názvem: „Požadované uspořádání analyzátorů“.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Odpověď:

Zadavatel, doplnil do zakázky plán laboratoře ve formátu, kterým aktuálně disponuje.

Dotaz č. 6

Žadatel žádá o zdůvodnění požadavku zadavatele v návaznosti na zadavatelem požadované spektrum testů uvedených v tabulce na str. 7-8 zadávací dokumentace. Vzhledem k tomu, že požadují zlomek spektra, která jsou zadavatelem vyšetřovány se žadatel táže, na důvod, proč není veřejná zakázka vypísána na kompletní spektrum, nýbrž pouze na zlomek spektra. Dále žadatel žádá o vysvětlení, kdy a jak bude zbytek testovaného spektra soutěžen.

Odpověď:

Požadavek zadavatele se vztahuje na nejvíce frekventovaná vyšetření, která představují nejvýznamnější finanční objem.

Dotaz č. 7

Žadatel dále žádá zdůvodnění požadovaných parametrů analyzátoru uvedených v příloze č. 4 zadávací dokumentace, vzhledem k naddimenzovaným parametrům přístroje ve vztahu k neodpovídající kvantitě a druhům požadovaných testů.

Odpověď:

Požadované parametry byly stanoveny v souladu s potřebami zadavatele, s ohledem k plánované centralizaci a očekávanému rozvoji laboratoří zadavatele.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH INFORMACÍ PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 7. 12. 2020 DO 10:00 HODIN. OSTATNÍ INFORMACE ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNY.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Koláčková

Příloha:
- pláněk