



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	Laboratorní přístrojové vybavení 1
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Praze dne 23. října 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Vysvětlení ZD č.2 upravovalo podmínky KS ohledně záruky – záměna kalendářní dny za pracovní dny a úprava smluvní pokuty z 10 000 Kč na 0,2% z ceny plnění. Je možné totožné změny v KS udělat i pro část 1?

ODPOVĚD:

Ano, zadavatel úpravu ve smyslu záměny kalendářních dnů za pracovní dny a úpravu smluvní pokuty z 10 000 Kč na 0,2 % z ceny plnění mění pro všechny části veřejné zakázky. Upravený návrh smlouvy bude podepsán s vybraným dodavatelem. Součástí nabídky nemusí být návrh smlouvy.

Dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci pro část 1 je požadavek na „ Sada spotřebního materiálu pro startovní provoz 12 měsíců“. Pokud není požadována kolona, prosím o přesnou specifikaci?

ODPOVĚĎ:

Jedná se o spotřební materiál na pro instalaci přístroje, dále septa, linery a spotřební materiál pro instalaci kapilární kolony ID 0,25 mm.

Dotaz č. 3

V zadávací dokumentaci pro část 1 je požadavek na „ Zavedení/vývoj metod a aplikační školení“. Opět prosím o přesnou definici, kterých metod se týká?

ODPOVĚĎ:

Jedná se o základní a pokročilé školení práce se softwarem (sběr a vyhodnocení dat, tvorba metod) a podporu při vývoji a zavedení metod pro stanovení drog a léčiv v biologickém materiálu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Dotaz č. 4

V zadávací dokumentaci pro část 1 je požadavek je „ Součástí dodávky je napojení do LIS a NIS nemocnice, pro maximální požadovanou komunikaci“. Prosím o přesnou definici, do jakého systému a jaké údaje? Jak je aplikováno GDPR? Nebo je jedná o možnost exportu dat ve standardních formátech, např. „.txt“?

ODPOVĚĎ:

Není nutné napojení přístroje do LIS a NIS.

S OHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE ZADAVATEL PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TO DO VŠECH ČÁSTÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DO 25. 11. 2020 do 10:00 HODIN. OSTATNÍ INFORMACE ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNY.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Kolářková