



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

Název veřejné zakázky:	Přístroje a nástroje pro operační sály
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Praze dne 23. října 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 – část 1 Monitor sekundární Zadavatel požaduje barevný monitor s rozlišením 4K a zobrazením 3D s úhlopříčkou min. 55“ a zároveň uchycení na pohyblivém dvou-kloubovém rameni upevněném na přístrojovém vozíku. **Dotaz:** Podle našich informací se monitor s úhlopříčkou 55“ se zobrazením 3D nevyrábí a navíc nelze takto velký monitor umístit na rameno endoskopického vozíku z důvodů stability systému. Domníváme se, že došlo k administrativní chybě a zadavatel požaduje monitor velikosti 31“, stejný jako primární, tak aby se dal umístit na endoskopický vozík a umožňoval 3D zobrazení?

Odpověď:

Zadavatel již tento parametr upravil ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 18.10.2020 a nebude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 2 – část 1 Zdroje světla Zadavatel požaduje zdroj světla (samostatný nebo integrovaný v kamerové jednotce) a specializovaný zdroj světla pro NIR zobrazování pomocí ICG kontrastu. **Dotaz:** Bude zadavatel akceptovat jeden zdroj světla LED, který splňuje požadavky na oba typy zdrojů světla, jak standardní zdroj světla, tak zdroj světla pro ICG zároveň?

Odpověď:

NE, zadavatel nebude akceptovat pouze jeden zdroj světla.

Dotaz č. 3 – část 1 a 3 Kamerová hlava Zadavatel požaduje kamerovou hlavu autoklávovatelnou na 134°C. **Dotaz:** Bude zadavatel akceptovat obdobné technické řešení, kdy je možné sterilitu



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

kamerové hlavy zajistit nízkoteplotní sterilizací (plasma nebo plyn) nebo v praxi běžně využívanými sterilními návleky?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude navrhované řešení akceptovat.

Dotaz č. 4 – část 2 a 3 Hysteroskopická pumpa Zadavatel požaduje možnost rozšíření o váhový modul kontroly tekutinové bilance. Dotaz: Bude zadavatel akceptovat hysteroskopickou pumpu bez možnosti rozšíření o váhový modul, který se již v praxi běžně nevyužívá a pro bipolární resekci je neopodstatněný?

Odpověď: Ano, zadavatel bude navrhované řešení akceptovat.

Dotaz č. 5 – část 2 a 3 Hysteroskopická pumpa Zadavatel požaduje automatické rozpoznání použitého nástroje. Dotaz: Uchazeči není jasné, jakým způsobem může pumpa automaticky rozpoznat připojený nástroj. Bude zadavatel akceptovat hysteroskopickou pumpu, kde je možnost zvolení procedury s přednastavenými hodnotami tlaku a průtoku?

Odpověď: Ano, zadavatel bude navrhované řešení akceptovat.

Dotaz č. 6 – část 2 a 3 Hysteroskopická pumpa Zadavatel požaduje nastavitelné hodnoty pumpy průtok cca 0,03-0,5 l/min, tlak cca. 35 – 150 ml/min. Dotaz: Bude zadavatel akceptovat hysteroskopickou pumpu s možností nastavení průtoku od 0,2 – 0,6 l/min a nastavení tlaku od 20 – 150 ml/min., kdy tento rozsah nastavení je plně dostačující pro hysteroskopická vyšetření a odpovídá klinickým požadavkům na tyto zákroky?

Odpověď: Ano, zadavatel bude navrhované řešení akceptovat.

Dotaz č. 7 – část 3 Laparoskopická sestava Irigační a odsávací pumpa a hysteroskopická pumpa Zadavatel požaduje irigační a odsávací pumpu – samostatné nebo integrované provedení a hysteroskopickou pumpu zvlášť. Dotaz: Bude zadavatel akceptovat jednu irigační pumpu, kterou lze použít pro laparoskopie i hysteroskopie a svými technickými parametry plně vyhovuje medicínskému účelu použití?

Odpověď: Ano, zadavatel bude navrhované řešení akceptovat, ale za předpokladu, že pumpa bude obsahovat specifický modul jak pro laparoskopii tak i pro hysteroskopii.

Dotaz č. 8 – část 3 Artroskopická sestava Monitor primární Zadavatel požaduje 1 ks barevný monitor s rozlišením Full HD 3D. Dotaz: Požadovaná artroskopická sestava je dle požadavků ve Full HD rozlišení, navíc se 3D zobrazení u artroskopií běžně nepoužívá. Domníváme se, že došlo k administrativní chybě a zadavatel požaduje monitor s Full HD rozlišením bez zobrazení 3D, nebo na požadavku 3D monitoru trvá?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Odpověď: zadavatel již tento parametr upravil ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 18.10.2020 a bude akceptovat 2D FULL HD monitor.

Dotaz č. 9 – část 3 Artroskopická sestava Artroskop Zadavatel požaduje 3 ks HD teleskopů průměr 10 mm. Dotaz: Pro artroskopie se běžně používají teleskopy průměru 4 mm. Může zadavatel upřesnit tento požadavek?

Odpověď: zadavatel již tento parametr upravil ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 18.10.2020 a bude akceptovat průměr teleskopu 4 mm.

Dotaz č. 10 – část 3 Artroskopická sestava Artroskopická duální pumpa s integrovaným shaverem Zadavatel požaduje oscilace shaveru v rozmezí 500 – 3500 otáček/min. Dotaz: Bude zadavatel akceptovat shaver s oscilacemi v rozmezí 500 – 3000 oscilací/minutu, které je plně dostačující pro všechny artroskopické výkony?

Odpověď: zadavatel již tento parametr upravil ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 18.10.2020 a bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 11:

Hysteroskopická pumpa

V zadávací dokumentaci, v příloze “Technické podmínky” požaduje zadavatel tyto minimální technické parametry: nastavitelné hodnoty- průtok: cca. 0,03-0,5 l/min, tlak cca. 35 – 150 mm Hg Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat pumpu, která splňuje všechny požadavky zadavatele a umožňuje nastavit hodnoty ještě v širším rozsahu: průtok- 0,0 – 0,5 l/min, tlak 15-150 mm Hg?

Odpověď: Ano, zadavatel bude navrhované řešení akceptovat.

Dotaz č. 12.

Resektoskopický komplet

V zadávací dokumentaci, v příloze “Technické podmínky” požaduje zadavatel tyto minimální technické parametry u položky resektoskopu: Součástí nabídky jsou plastové sterilizační kontejnery s víkem a vnitřní m pořadačem pro resektoskopickou sadu a pro optiku.

Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat nabídku filtrového sterilizačního kontejneru vyrobeného z eloxovaného hliníku? Dle názoru dodavatele se jedná o plnohodnotné alternativní řešení splňující všechny medicínské a ekonomické požadavky zadavatele.

Odpověď: Ano, zadavatel bude navrhované řešení akceptovat.

Pro část 4 - Přístroje a nástroje pro operační sály 4:

Dotaz č. 13.

Kamerová hlava



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

V zadávací dokumentaci, v příloze “Technické podmínky” požaduje zadavatel tyto minimální technické parametry u položky kameové hlavy: 3 x CCD nebo 3x CMOS snímací čip.

Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Akceptuje zadavatel kamerovou hlavu s nejnovějším typem snímacího CMOS senzoru, který již nerozlišuje 1-čipovou a 3-čipovou technologii a který svými parametry kvality zpracování obrazu odpovídá dříve používanému označení 3-čipová?

Odpověď: Ano, zadavatel bude navrhované řešení akceptovat.

Dotaz č. 14.

Elektrokoagulace vyšší třídy

V zadávací dokumentaci, v příloze “Technické podmínky” požaduje zadavatel tyto minimální technické parametry u položky elektrokoagulace: komplexní soubor systémů umožňující v laparoskopii a otevřené operativě kombinovanou koagulaci cév a tkání do průměru do 7 mm a následné přerušení cévy jedním kompaktním nástrojem (certifikace FDA).

Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Akceptuje zadavatel nabídku elektrokoagulační jednotky splňující všechny požadavky zadavatele, včetně komplexního souboru systémů umožňující v laparoskopii a otevřené operativě kombinovanou koagulaci cév a tkání do průměru do 7 mm a následné přerušení cévy jedním kompaktním nástrojem, avšak bez certifikace FDA, kterou disponují většinou pouze výrobci aktivní na trzích v USA a která se na evropských trzích legislativně nevyžaduje? Požaduje zadavatel tuto funkci u obou generátorů požadovaných v části 4 VZ nebo skutečně pouze u jednoho, jak to chápeme nyní?

Odpověď: Ano, zadavatel bude navrhované řešení akceptovat. Certifikaci FDA zadavatel odstranil z technické specifikace.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH INFORMACÍ PRODLOUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVÁ LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK JE STANOVENA DO 4. 12. 2020 DO 10:00 HODIN. PRODLOUŽENÍ LHŮTY SE TÝKÁ VŠECH ČÁSTÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. OSTATNÍ INFORMACE ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNY.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Kolářková