



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

Název veřejné zakázky:	Přístroje a nástroje pro operační sály
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

V Praze dne 10. listopadu 2020

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v Příloze č. 4 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 3 požaduje u položky Hysteroskopická pumpa – ovládací menu a veškerá hlášení v českém jazyce.

Nabízíme univerzální multioborovou pumpu s možností výběru přednastavených profilů nástrojů a parametrů (v rozmezí požadovaných hodnot) dle požadovaného výkonu v českém jazyce a s obecným nastavením pumpy v anglickém jazyce. Obecné nastavení však není primárně určeno pro uživatele nýbrž pro výrobcem certifikovaného technika. Účastník se tedy ptá, zda bude zadavatel akceptovat toto řešení?

Odpověď:

Zadavatel nepředpokládá, že by chtěl, jakkoliv přenastavovat parametry hysteroskopické pumpy nastavené výrobcem, jejichž nastavení přísluší výhradně proškolenému certifikovanému servisnímu technikovi a lze tedy předpokládat, že také přístup k těmto nastavením nemá uživatel od výrobce dostupná (v takovém servisním módu, který je uživateli nepřístupný, tedy zadavatel ani nemůže řešit jazykové varianty ovládání přístroje).

Z pohledu uživatele však Zadavatel nadále požaduje „ovládací menu a veškerá hlášení v českém jazyce“.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Koláčková