

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1**Název veřejné zakázky:****Kombinovaný intrakorporální litotriptor****Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení**Režim veřejné zakázky:** veřejná zakázka malého rozsahu**Předmět veřejné zakázky:** dodávky**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 9. 12. 2020

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v Příloze č. 2 zadávací dokumentace požaduje kompletní portfolio sond resterilizovatelných v parním autoklávu a resterilizovatelné sondy bez omezení počtu jejich použití.

Tento parametr v kombinaci s technickou specifikací uvedenou v příloze č. 2 definuje pouze jednoho možného dodavatele společnost Olympus, která má v ČR výhradní zastoupení. Účastník nabízí řešení výhradně jednorázových sond s omezením na jedno použití (jeden výkon). Účastník se domnívá, že toto řešení splňuje požadavky Zadavatele a zároveň je ekonomicky srovnatelnou metodou díky ceně jednorázového příslušenství. Dodavatel, kterého účastník zastupuje dodává výhradně jednorázové sondy z důvodu bezpečnosti, neboť při opakovaném použití sond dochází vinou kontaktní litotrypsy konkrementu ke zkracování sond a tím pádem i změně ohniska ultrazvukové energie, která může představovat reálné riziko vzniku hematomů. Jednorázové sondy v kombinaci s nabízeným litotriptorem jsou dále až 2x rychlejší než konkurenční řešení, které je popsáno v technických podmínkách, což účastník může doložit klinickými studiemi s impakt faktorem.

Na základě výše uvedeného se účastník ptá, zda bude zadavatel akceptovat řešení intrakorporálního litotriptoru, který svým výkonem a parametry mnohonásobně převyšuje požadované řešení, a který podporuje výhradně pouze jednorázové sondy?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení účastníka, které je pro zadavatele ekonomicky i technicky nevýhodné.

Zadavatel neprovedl změnu ani doplnění zadávací dokumentace, které by vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.