

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

NPK, a.s. - Obnova lůžkových ramp a stativů v Pardubické nemocnici

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 9. 12. 2020

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Součástí předmětu této zakázky je provedení dodávek a montáží rozvodů medicinálních plynů. Tato dílčí část plnění je popsána v jednotlivých výkazech výměr bez dalšího upřesnění. Pro řádné ocenění příslušných položek, stanovení náročnosti montáže apod. je nutné zveřejnění příslušné projektové dokumentace – profese medicinální plyny, z které vychází stanovené výměry u jednotlivých položek. V přílohách k výzvě jsme projektovou dokumentaci nenalezli, a proto žádáme o její zveřejnění.

Odpověď

Práce budou oceněny dle výkazu výměr. Prováděcí dokumentaci zpracuje na své náklady vítězný uchazeč po podpisu smlouvy.

Dotaz č. 2

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v prvním dotazu žádáme o stanovení prohlídky místa plnění.

Odpověď

Z důvodu pandemie COVID-19 umožní Zadavatel prohlídku místa plnění pouze vítěznému dodavateli až po podpisu smlouvy.

Dotaz č. 3

Ve zveřejněném výkazu výměr na prvním listu „Stavba“ v tabulce „Rekapitulace dílčích částí“ zadavatel požaduje vyplnit žluté pole s označením 01 – Výměna koncových prvků. K uvedené rekapitulované položce není přiřazen žádný výkaz výměr na samostatném listu ani není zřejmé, jaké položky z jednotlivých výkazů se do této položky mají započítat. Žádáme proto o upřesnění, které položky se sumarizují do tohoto řádku, případně o doplnění chybějícího výkazu výměr.

Odpověď

Řádek č. 40 je duplicitní položkou a zadavatel jej vypouští (dodavatel jej nebude tedy vyplňovat).

Dotaz č. 4

V ilustračním zobrazení a popisu koncového prvku nástěnné rampy na Arytmologickou JIP je uvedeno u popisu GCX lišty, že názorné zobrazení je na přiložené foto. V žádné části jsme fotografickou dokumentaci navrženého příslušenství nenalezli. Může zadavatel pro úplnost zveřejnit příslušné fotografie?

Odpověď

Zadavatel vypouští textaci „(názorně viz přiložené foto)“.

Dotaz č. 5

V jednotlivých částech zadávací dokumentace jsme našli rozpor v počtu a popisu nových koncových prvků, konkrétně se jedná o rozpor v názvech jednotlivých prvků mezi souhrnnými tabulkami v SOD, výzvě a v příloze č. 1 ke smlouvě a výkazech výměr. Např. záměna názvu lůžková rampa vs. stropní stativ. Žádáme, aby zadavatel uvedl jednotlivé části zadávací dokumentace do souladu.

Odpověď

Zadavatel nenalezl rozpor mezi počty nových koncových prvků tak, jak uvádí dodavatel. Nicméně Zadavatel upřesňuje, že u položky č. 1 předmětu veřejné zakázky je uveden chybný název „Stropní stativy – 7 ks“ pro Kardiologii – arytmio JIP 2.NP. Správný název této položky je „lůžková rampa“ v počtu 7 ks pro Kardiologii – arytmio JIP 2.NP tak, jak je správně uvedeno v Příloze s technickou specifikací.

Dotaz č. 6

Ve výkazu výměr „Upgrade koncových prvků“ v podrobnějším popisu položky č. 22,23 s názvem „Upgrade stropní stativ MZ Liberec UR66- sály oční, ORL“ je uvedeno „generální oprava viz. návod na použití výrobku“. Žádáme zadavatele o zveřejnění návodu na použití výrobku uvedeného stativu, z kterého vycházel, aby si uchazeči byli schopni ověřit požadovaný rozsah, dostupnost náhradních dílů apod.?

Odpověď

K provedení upgradu stropních stativů je vždy plně dostačující uvedení výrobce a současně konkrétního modelu výrobku.

ZADAVATEL V SOULADU S § 98 ZÁKONA PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK O TOLIK PRACOVNÍCH DNŮ, O KOLIK PŘESÁHLA DOBA OD DORUČENÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DO UVEŘEJNĚNÍ VYSVĚTLENÍ 3 PRACOVNÍ DNY.

ZADAVATEL PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK O 2 DNY DO 16. 12. 2020 DO 10:00 HODIN.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.