

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

veřejná zakázka

„ZZS Pardubického kraje – Sanitní vozidla typ B a C 2021“

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje,
sídlem: Pardubice, Průmyslová 450, PSČ 530 03
IČ: 69172196
Zapsaná v OR: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové pod sp.zn. Pr 715,
zastoupena: MUDr. Igor Paar, ředitel

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dále ve smyslu ustanovení čl. 19 Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení obdržel zadavatel níže uvedené dotazy s žádostí o upřesnění informací k výše uvedené veřejné zakázce k Příloze č. 1b - Charakteristika předmětu veřejné zakázky ZZS PAK – Sanitní vozidlo typ C 2021.

Tímto zadavatel poskytuje níže vysvětlení a doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Dotaz k bodu 8.1 Nosítka pacienta

Zadavatel požaduje:

Odnímatelná nosítka s podvozkem, který je vybaven elektro-hydraulickým zvedacím pohonem

Otázka: je možné dodat nosítka neodnímatelná od podvozku?

Odpověď:

Zadavatel k tomuto dotazu tazatele v rámci zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky tímto sděluje:

Zadavatel akceptuje dodání nosítek neodnímatelných od podvozku.

Zadavatel požaduje:

Rozšíření ložné plochy pro pacienta na 850 mm a více pomocí integrované součásti nosítek

Otázka: je možné dodat rozšíření ložné plochy pro pacienta odnímatelné, tedy neintegrované do nosítek s podvozkem?

Odpověď:

Zadavatel k tomuto dotazu tazatele v rámci zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky tímto sděluje:

Zadavatel bude akceptovat dodání rozšíření ložné plochy pro pacienta odnímatelné, tedy neintegrované do nosítek s podvozkem.

Zadavatel požaduje:

Prodloužení celkové délky nosítka min o 20 cm pomocí prodloužení hlavové opěrky.

Otázka: je možné dodat prodloužení nosítek pomocí hlavové opěrky o min. délce 18 cm?

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU, U KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ, ODDÍL PR, VLOŽKA 715

Odpověď:

Zadavatel k tomuto dotazu tazatele v rámci zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky tímto sděluje:

Zadavatel bude akceptovat dodání prodloužení nosítek pomocí hlavové opěrky o min. délce 18 cm.

Zadavatel požaduje:

Anatomická matrace s integrovaným dětským zádržným systémem s platnou certifikací, samonavíjecími bezpečnostními pásy, odnímatelný a omyvatelný podhlavník

Otázka: je možné dodat shora specifikovanou anatomickou matraci s bezpečnostními pásy bez samonavíjecí funkce?

Odpověď:

Zadavatel k tomuto dotazu tazatele v rámci zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky tímto sděluje:

Zadavatel bude akceptovat dodání anatomické matrace s integrovaným dětským zádržným systémem s platnou certifikací, s bezpečnostními pásy bez samonavíjecí funkce, odnímatelný a omyvatelný podhlavník

Dotaz k bodu 9 Výstražné světelné a zvukové zařízení

Zadavatel požaduje dodat světelné výstražné zařízení specifikované v tomto bodě v kombinaci modré a červené barvy

Otázka: je možné dodat světelné zařízení pouze v barvě modré?

Odpověď:

Zadavatel k tomuto dotazu tazatele v rámci zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky tímto sděluje:

Zadavatel nebude akceptovat dodání světelného zařízení pouze v barvě modré.

Zadavatel tímto ruší původní lhůtu pro podání nabídek stanovenou v čl. 12 odst. 12.1 příslušné Zadávací dokumentace a tímto stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek v rámci čl. 12 odst. 12.1. Zadávací dokumentace, a to dne 28. 1. 2021 do 10:00 hodin.

ZAPSNÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU, U KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ, ODDÍL PR, VLOŽKA 715