



# PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

v souladu s ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	Sušicí skříně
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní

## 1 Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

## 2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka sušicí skříně na endoskopy, dezinfektor endoskopů.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 4 ZD Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Plnění veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnou legislativou, technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě.

## 3 Cena sjednaná ve smlouvě

Smlouva byla uzavřena se sjednanou cenou ve výši 2 350 000,00 Kč bez DPH.

## 4 Zvolený druh zadávacího řízení

Otevřené řízení



## 5 Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
1	Olympus Czech Group, s.r.o.,	Evropská 176/16, 160 41 Praha 6	27068641

## 6 Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
MEDISUN profi s.r.o.	Modřická 249/82, 619 00, Brno	02401045

### Odůvodnění:

Komise v rámci posouzení nabídky zjistila, že výše uvedený účastník nesplnil technické parametry uvedené v příloze č. 4 zadávací dokumentace, konkrétně se jednalo o položky, vztahující se k maximální výšce a maximální hloubce skříní pro skladování a sušení endoskopů.

výška max. 2130 mm	NE	2350mm pro lepší eliminaci nasávání nečistot a prachu z dolních partií místnosti
hloubka max. 470 mm	NE	670mm

Zadavatel přijal doporučení komise a rozhodl o vyloučení dané účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

## 7 Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva

Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
Olympus Czech Group, s.r.o.,	Evropská 176/16, 160 41 Praha 6	27068641

## 8 Odůvodnění výběru dodavatele

Vzhledem ke skutečnosti, že do hodnocení byla zařazena pouze jediná nabídka neprováděla komise hodnocení nabídek. Hodnotící komise doporučila zadavateli přidělit veřejnou zakázku účastníkovi **Olympus Czech Group, s.r.o., členu koncernu**, jehož nabídka splňuje podmínky definované zákonem a zadávacími podmínkami zadavatele. Zadavatel přijal doporučení hodnotící komise.



## **9 Označení poddodavatelů vybraného dodavatele**

Žádná část veřejné zakázky není plněna prostřednictvím poddodavatele nebo není známa.

## **10 Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření**

V rámci této veřejné zakázky nebyl zjištěn střet zájmů.

## **11 Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části**

Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku, neboť se jedná o ucelený celek přístroje, který nelze rozdělit technologicky či ekonomicky.