



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Centrifugy a barvicí automat - znovuvyhlášení částiCENTRIFUGY
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 15. 1. 2021

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

2. multifunkční centrifuga pro TO Pardubické krajské nemocnice: Zadavatel požaduje výkyvný rotor 4x250 ml nebo více s min. 5 000 rpm. Bude zadavatel akceptovat při splnění ostatních požadavků RPM 4 800, což je zanedbatelný rozdíl?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat.

Dotaz:

1. centrifuga pro OKB Svitavské nemocnice: Zadavatel požaduje centrifugu s max. hmotností 110 kg. Bude zadavatel akceptovat centrifugu, která váží 112 kg? Dále má zadavatel požadavek na maximální rozměry centrifugy. Bude zadavatel akceptovat i jiné rozměry, výšku 455 mm, s otevřeným víkem 960 mm, šířku 715 mm a hloubku 650 mm?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat.

Dotaz:

2. centrifuga pro OKB Svitavské nemocnice: I zde má zadavatel požadavky na maximální rozměry a hmotnost centrifugy. Bude zadavatel akceptovat výšku 455 mm a výšku s víkem 960 mm?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

**ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVĚ STANOVENÁ LHŮTA JE DO 23. 2. 2021
DO 10:00 HODIN.**

S pozdravem
Mgr. Kateřina Kolářková