



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Centrifugy a barvicí automat - znovuvyhlášení částiCENTRIFUGY
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 18. 1. 2021

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

1. multifunkční centrifuga pro TO Pardubické krajské nemocnice

Požadavky zadavatele uvedené v Příloze č. 4 ZD - Technické požadavky, kde je mimo jiné uvedeno:

- „výkyvný rotor 4x200 ml nebo více (min. 5000 rpm)“;
- „závěsná kyveta min. 200 ml - 4 ks“;
- „redukční kontejner pro zkumavky min. 7x1,6 až 7 ml (průměr až 13 mm) s celkovou kapacitou min. 28 zkumavek na rotor - 4 ks“

Námi nabízený výkyvný rotor splňuje požadovaný počet zkumavek i při objemu 100 ml. Může zadavatel limitovat kapacitu výkyvného rotoru a závěsných kyvet minimálním počtem požadovaných zkumavek.

Dotaz zní: Může zadavatel upravit objem u výkyvného rotoru na 4x100 ml nebo více a závěsné kyvety min. 100 ml při dodržení požadovaného počtu zkumavek na rotor?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude za předpokladu dodržení ostatních parametrů akceptovat navrhované řešení.

Dotaz č. 2:

2. multifunkční centrifuga pro TO Pardubické krajské nemocnice

Požadavky zadavatele uvedené v Příloze č. 4 ZD - Technické požadavky, kde je mimo jiné uvedeno:

- „výkyvný rotor 4x250 ml nebo více (min. 5000 rpm)“.

Námi nabízený rotor splňuje požadovaný objem 4x250 ml nebo více, ale s 4200 rpm.

Dotaz zní: Můžeme zadavatel upravit hodnotu rpm u výkyvného rotoru na min. 4200 rpm?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude za předpokladu dodržení ostatních parametrů akceptovat navrhované řešení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Dotaz č. 3:

Laboratorní centrifuga pro OKBD Orlickoústecké nemocnice

Požadavky zadavatele uvedené v Příloze č. 4 ZD - Technické požadavky, kde je mimo jiné uvedeno:

- „výkyvný rotor 4x200 ml nebo více (min. 5000 rpm)“;
- „závěsná kyveta min. 200 ml - 4 ks“;
- „redukční kontejner pro zkumavky min. 7x10/15 ml (průměr až 16 mm) s celkovou kapacitou min. 28 zkumavek na rotor - 4 ks“

Námi nabízený výkyvný rotor splňuje požadovaný počet zkumavek i při objemu 100 ml. Může zadavatel limitovat kapacitu výkyvného rotoru a závěsných kyvet minimálním počtem požadovaných zkumavek.

Dotaz zní: Může zadavatel upravit objem u výkyvného rotoru na 4x100 ml nebo více a závěsné kyvety min. 100 ml při dodržení požadovaného počtu zkumavek na rotor?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude za předpokladu dodržení ostatních parametrů akceptovat navrhované řešení, tedy „výkyvný rotor 4x 100ml“ a „závěsná kyveta min. 100 ml“.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVĚ STANOVENÁ LHŮTA JE DO 1. 3. 2021 DO 10:00 HODIN.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Kolářková