



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



**NEMOCNICE**  
PARDUBICKÉHO KRAJE

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:   | Centrifugy a barvicí automat - znovuvyhlášení částiCENTRIFUGY |
| Druh zadávacího řízení:  | Otevřené řízení (ZZVZ)                                        |
| Předmět veřejné zakázky: | Dodávky                                                       |
| Režim veřejné zakázky:   | Nadlimitní                                                    |
| Zadavatel:               | Nemocnice Pardubického kraje, a.s.                            |
| Sídlo zadavatele:        | Kyjevská 44, 532 03 Pardubice                                 |
| IČO:                     | 27520536                                                      |

V Praze dne 24. 2. 2021

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1:

Mám ještě dotaz ke zkumavkám, které používá OKB Svitavské nemocnice. 4 a 6 ml zkumavky od výrobce VACUTEST mají mít průměr 13 mm, avšak zadavatel udává 16 mm. Prosím tedy o upřesnění průměru a objemu zkumavek.

### Odpověď:

Zkumavky mají opravdu průměr 13 mm jak píše dodavatel v dotazu (Tento průměr je uváděn bez víčka, ale obsluha točí v centrifuze zkumavky s víčkem. Průměr s víčkem je přesně 15 mm a 1 mm je rezerva, proto uvádíme v ZD 16mm)

S pozdravem  
Mgr. Kateřina Koláčková