



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Dodávka přístrojového vybavení psychiatrie 1

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 9. 3. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz

Zadavatel v příloze č. 2 „zadávací dokumentace - Technické podmínky“, v položce - 3ks defibrilátory, uvádí: Intuitivní nápověda na displeji, LCD displej min. 3“, monitorace EKG, obnovení křivky EKG max. do 3s po výboji.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat řešení bez LCD displeje, který zatěžuje baterii? Stále při zachování vnitřní monitorace, obnovení analýzy EKG křivky do 3s po výboji, i s hlasovou nápovědou?

Odpověď

Ano, zadavatel akceptuje navrhované řešení.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23. 3. 2021 do 10:00 hod.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.