



Pardubický kraj  
Krajský úřad

č.j. KrÚ 35208/2014

**Dodatečná informace č. 1**

pro otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  
pozdějších předpisů

|                                       |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:                | „Svitavská nemocnice, a.s. – modernizace a<br>přístavba psychiatrického oddělení- dodávka<br>lékařské technologie a drobné lékařské<br>technologie“<br>Část 3 – Zdravotnická lůžka |
| Zadavatel:                            | Pardubický kraj                                                                                                                                                                    |
| Sídlo:                                | Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice                                                                                                                                              |
| IČ:                                   | 708 92 822                                                                                                                                                                         |
| Osoba oprávněná za zadavatele jednat: | Mgr. Pavel Menšíl                                                                                                                                                                  |

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje zadavatel následující dodatečné informace  
na základě dotazu jednoho z dodavatelů:

**I. Dotazy (doslovné znění)**

**č. 1**

*Zadavatel neuvádí toleranční rozsah na uváděné parametry. Umožní zadavatel na základě  
zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace toleranční rozsah na  
parametry technické specifikace (obvykle + 10 %)?*

**č. 2**

*T-6010*

*Zadavatel uvádí v názvu lůžka 2-dílné, mechanické, kotvené do podlahy. V popisu pak  
zadavatel uvádí ložná plocha 2-4 dílná (86x200 cm). Tento nesoulad v požadavku je matoucí  
a nestanovuje jasně požadavek zadavatele. Uchazeč vyzívá zadavatele na jasné stanovení  
požadavku na díly ložné plochy, tedy zda požaduje ložnou plochu dvou dílnou, nebo čtyř  
dílnou.*

**č. 3**

*T-6010*

*Zadavatel uvádí ve specifikaci lakovaná čela neodnímatelná, vyjímatelná výplň.*

*Vzhledem k určení lůžek na psychiatrické oddělení není z mnohaleté zkušenosti uchazeče vhodné užití vyjímatelných výplní čel lůžek. Na psychiatrická oddělení se zpravidla dodávají lůžka s co možná nejmenším množstvím odnímatelných částí a to jak z důvodu bezpečnosti pacientů, tak i ošetřujícího personálu. Toto řešení může mít katastrofální následky. Umožní zadavatel nabídku lůžek s neodnímatelnými čely s pevnou výplní, např. z HPL?*

#### **č. 4**

*T-6015*

*Zadavatel uvádí v názvu lůžka 4-dílné,... . V popisu pak zadavatel uvádí ložná plocha 2-4 dílná (86x200 cm). Tento nesoulad v požadavku je matoucí a nestanovuje jasně požadavek zadavatele. Uchazeč vyzívá zadavatele na jasné stanovení požadavku na díly ložné plochy, tedy zda požaduje ložnou plochu dvou dílnou, nebo čtyř dílnou.*

#### **č. 5**

*T-6015*

*Zadavatel uvádí výška ložné plochy 40 cm (na přání manuálně nastavitelná s mechanickou aretací). Zadavatel má jediné hodnotící kritérium a tím je cena a požadovaná konstrukční řešení mají odlišnou výrobní cenu. Navíc ze zkušenosti uchazeče je manuální nastavení výšky s mechanickou aretací v dnešní době přežitkem, který je nahrazován hydraulickým, nebo elektrickým zdvihem a v praxi se s výškou lůžek s manuálním nastavením výšky nepoložuje.*

*Uchazeč tedy žádá o stanovení jednoznačného požadavku, zda požaduje pevnou výšku ložné plochy 40 cm, nebo zda požaduje manuálně nastavitelnou výšku s mechanickou aretací.*

#### **č. 6**

*T-6017*

*Zadavatel uvádí v názvu lůžka 4-dílné,... .*

*V popisu pak zadavatel uvádí ložná plocha 2-4 dílná (86x200 cm).*

*Tento nesoulad v požadavku je matoucí a nestanovuje jasně požadavek zadavatele.*

*Uchazeč vyzívá zadavatele na jasné stanovení požadavku na díly ložné plochy, tedy zda požaduje ložnou plochu dvou dílnou, nebo čtyř dílnou.*

#### **č. 7**

*T-6017*

*Zadavatel uvádí ve specifikaci lakovaná čela neodnímatelná, vyjímatelná výplň.*

*Vzhledem k určení lůžek na psychiatrické oddělení není z mnohaleté zkušenosti uchazeče vhodné užití vyjímatelných výplní čel lůžek. Na psychiatrická oddělení se zpravidla dodávají lůžka s co možná nejmenším množstvím odnímatelných částí a to jak z důvodu bezpečnosti pacientů, tak i ošetřujícího personálu. Toto řešení může mít katastrofální následky.*

*Umožní zadavatel nabídku lůžek s neodnímatelnými čely s pevnou výplní, např. z HPL?*

#### **č. 8**

*T-6302*

*Zadavatel uvádí ložnou plochu s pevnou výškou 52 cm (na přání lze zvolit výšku ložné plochy).*

*Zadavatel má jediné hodnotící kritérium a tím je cena a požadovaná konstrukční řešení mají odlišnou výrobní cenu. Uchazeč se dále domnívá, že požadovaná výška ložné plochy je pro vyšetřovací lehátko nestandardně nízká. Výška ložné plochy bývá v tomto segmentu zpravidla alespoň 60 cm.*

*Uchazeč vyzívá zadavatele k jasné stanovení požadavku na výšku ložné plochy lehátka s tolerančním rozsahem, nebo případné přehodnocení požadavku na výškově polohovatelné lehátko s např. mechanickým, nebo hydraulickým zdvihem.*

**č. 9**

T-6302

Zadavatel uvádí čalounění s umyvateľným a nehořlavým povrchem.

Lehátka jsou zpravidla čalouněna zdravotnickou koženkou, která však není nehořlavá, má pouze sníženou hořlavost.

Požaduje zadavatel lehátka čalouněná zdravotnickou koženkou s jejími specifickými vlastnostmi?

**č. 10**

T-6605

Zadavatel uvádí dolní mez váživosti 2 kg.

Požadavek na dolní mez váživosti je v tomto segmentu vah různý, zpravidla i nižší, což může být lepší parametr. Požadavek na horní mez váživosti má jistě své opodstatnění, požadavek na dolní mez nemá dle názoru uchazeče své medicínské a užité opodstatnění a může být diskriminačním prvkem nabídky odpovídajících vah.

Uchazeč navrhuje zadavateli zrušit požadavek na dolní mez váživosti.

**č. 11**

T-6712

Zadavatel požaduje sprchové lůžko nerezové konstrukce s elektrickým ovládáním zdvihu a spouštění sprchovacího modulu lůžka.

Uchazeč se domnívá, že volba sprchovacího lůžka (lehátka) s elektrickým ovládáním s akumulátorem není opět pro psychiatrické oddělení vhodná volba. Dle mnohaleté zkušenosti uchazeče s vybavováním psychiatrických oddělení nemocnic je vhodnější, bezpečnější a praktičtější užití sprchovacího lehátka s hydraulickým ovládáním, které umožní 100% kontrolu nad lehátkem a osobou v něm, bez možných komplikací s napájením, nabíjením a baterií. Hydraulicky ovládané sprchovací lehátko bude prakticky vždy připraveno k užití.

Umožní zadavatel přehodnocením svých požadavků a změnou technické specifikace nabídku nerezového sprchovacího lehátka s hydraulickým ovládáním zdvihu?

**Odpověď:**

Zadavatel na základě jednak shora uvedených dotazů dodavatele a jednak z vlastního podnětu upravil přílohu č. 1 smlouvy – specifikaci předmětu plnění a jednotkových cen, jejíž nové úplné znění tvoří přílohu této dodatečné informace a současně je uveřejněno v části „zadávací dokumentace veřejné zakázky“.

## **II. Prodloužení lhůty**

Dne 12. 6. 2014 rozhodl zadavatel v souvislosti s touto dodatečnou informací **o prodloužení lhůty pro podání nabídek**. Zadavatel prodlužuje v souladu s ust. § 40 odst. 2 a 3 zákona lhůtu pro podání nabídek způsobem, že od okamžiku změny bude tato činit celou původní délku, tedy z původního termínu do 18. 6. 2014 do 10 hod. na nový termín do **6. 8. 2014 do 10 hod.**

V Pardubicích dne 12. 6. 2014

v z. Mgr. Pavel Menšíl  
vedoucí oddělení veřejných zakázek  
podepsáno elektronicky

PhDr. Jana Haniková  
vedoucí kanceláře ředitele úřadu