



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Dodávka rotačního mikrotomu

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 15. 4. 2021

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v příloze č. 2 „zadávací dokumentace - Technické podmínky“ uvádí: Rozsah pro rozkrajování je v min. rozmezí 1 – 600 μm ; Nastavení min. ve čtyřech krocích (např. 1 krok = 0,5 - 5 μm , po 0,5 μm).

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat rozmezí do 500 μm ? Obvykle se využívá rozkrajování okolo 50 μm , domníváme se tedy, že rozsah až do 600 μm není prakticky využitelný.

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele, kde maximální rozmezí stačí do 500 μm .

Dotaz č. 2

Zadavatel v příloze č. 2 „zadávací dokumentace - Technické podmínky“ uvádí: Samostatný ovládací panel určený k ovládání zařízení.

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat integrovaný panel?

Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení dodavatele z důvodů zajištění ergonomie a efektivity práce.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30. 4. 2021 do 10:00 hodin.

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.