



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:

Dodávka laparoskopické věže pro Litomyšlskou nemocnici

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 19. 4. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v Příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky uvádí u položky insuflátor požadavek: „Předvolba tlaku v mm Hg, rozsah tlaku min. v rozsahu 1-30 mm Hg.“

Dotaz:

Účastník si dovoluje požádat o informaci, zda bude zadavatel akceptovat insuflátor pracující v rozsahu 3 – 25 mmHg, při splnění všech ostatních parametrů. Na základě širokého rozšíření a užívání nabízeného zařízení v praxi, se účastník domnívá, že uvedený rozsah vyhovuje zamýšlenému praktickému využití a je dostačující pro všechny aplikace v rámci základní i pokročilé laparoskopické operativy.

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

Zadavatel ponechává lhůtu pro podání nabídek do 21. 5. 2021 do 10:00 hodin.