

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:

Dodávka elektrokoagulace

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 21. 4. 2021

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v příloze č. 2 „zadávací dokumentace - Technické podmínky“ uvádí: Generátor umožňuje přiřazení samostatného nožního spínače ke každému výstupu (generátor má nejméně 4 vstupy pro nožní spínače, kde mohou být současně připojené až 4 různé nožní spínače).

Dotaz:

Tento požadavek je diskriminační. Zadavatel navíc požaduje, aby byl dodán pouze jeden nožní spínač viz požadavek: „Součástí dodávky nožní spínač dvojitý pro bipolární i monopolární režimy“, takže ani čtyři nožní spínače zadavatel nepožaduje. Čtyři nožní spínače nemají klinické opodstatnění a ovládání všech 4 výstupů zabezpečují plně nožní spínače dva. 4 výstupy lze také ovládat pomocí ručního spínače nebo autostartu. Bude zadavatel akceptovat přiřazení dvou nožních spínačů ke každému výstupu (generátor má 2 vstupy pro nožní spínače, kde mohou být současně připojené 2 různé nožní spínače)? Dva nožní spínače lze přiřadit všem 4 vstupům. Jedná se o alternativní technické řešení plnící stejný medicínský účel.

Odpověď

Ano, zadavatel bude navrhované řešení akceptovat.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 5. 2021 do 10:00 hodin.