



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	275 20 536
Zastoupený:	MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
Název veřejné zakázky:	Kanyly tracheální a tracheostomické 2
Režim veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:	Dodávky

V Pardubicích dne 26. 4. 2021

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,
zadavatel VZ - Kanyly tracheální a tracheostomické 2 požaduje kanylu tracheostomickou s manžetou, sání nad manžetou s úhlem zahnutí 105°.
Může prosím zadavatel, v rámci zachování nediskriminačního postupu a možnosti účasti více uchazečů, změnit rozsah hodnoty zahnutí na 98° - 105°?

Odpověď

Zadavatel na úhlu 105° trvá. Záměrem zadavatele je vysoutěžit kanylu vhodnou pro co nejširší okruh pacientů. Úhel 98 °je vhodný pouze pro určitou část pacientů, pro potřeby zadavatele není vhodný.

ZADAVATEL PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 3. 5. 2021 DO 10:00 HODIN.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.