

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

Dodávka inkubátorů

Název části veřejné zakázky:

Dodávka inkubátorů 1

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 3. 5. 2021

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v příloze č. 2 „zadávací dokumentace - Technické podmínky“ uvádí: Ovládací, dotykový, centrální displej s možností ovládání z obou podélných stran. Zobrazení nastavení i monitorování hodnot: teplota, vlhkost, koncentrace O₂ vč. trendů.

Dotaz:

Chápe účastník správně zadavatelem požadovaný parametr tak, že centrální displej musí sloužit pro zobrazení nastavené a monitorované teploty/intenzity všech tří zdrojů tepla pro poskytnutí bezpečné a přehledné termoregulace pacienta a snadnou obsluhu personálem?

Odpověď

Zadavatel upřesňuje, že centrální displej musí sloužit pro zobrazení nastavené a monitorované teploty/intenzity jednoho, nebo více zdrojů tepla.

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.