

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Název veřejné zakázky:
Dodávka inkubátorů

Název části veřejné zakázky:
Dodávka inkubátorů 2

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 3. 5. 2021

Výše uvedený zadavatel sděluje následující úpravu technické specifikace zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce. Doplněné údaje jsou označeny zeleně.

A) Technické parametry

Položka veřejné zakázky	1 ks inkubátoru pro Svitavskou nemocnici	
Závazné charakteristiky a požadavky	Splnění požadavku ANO/NE	Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.
Inkubátor pro nedonošené novorozence vhodný pro intenzivní péči, kde součástí bude monitoring životních funkcí.	(doplní dodavatel)	(doplní dodavatel)
Vyšetřovací světlo	(doplní dodavatel)	(doplní dodavatel)
Elektricky ovladatelný podvozek	(doplní dodavatel)	(doplní dodavatel)
Snímání teploty ze 2 kožních čidel	(doplní dodavatel)	(doplní dodavatel)
Automatická regulace teploty	(doplní dodavatel)	(doplní dodavatel)
Grafický záznam trendů min. 72 hodin	(doplní dodavatel)	(doplní dodavatel)
Nízká hlučnost, max. 50 dB	(doplní dodavatel)	(doplní dodavatel)
Regulace vlhkosti a koncentrace O2 vč. kontroly	(doplní dodavatel)	(doplní dodavatel)
Možnost umístění dvojčat	(doplní dodavatel)	(doplní dodavatel)

Ovládací panel, jednoduché ovládání	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
Eliminace tepelných ztrát při otevření víka vzduchovou clonou	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
Automatický test po zapnutí a během provozu	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
Přístup do inkubátoru ze tří stran	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
Zvukový i optický alarm	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
Snadné čištění a dezinfekce	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
Odkládací šuplíky nebo poličky	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
Odnímatelné nebo výklopné stěny pro snadnější přístup k pacientovi	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
Držák na RTG kazetu	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
Držák infuzí	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)

Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10%, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

Další podmínky a požadavky	Splnění požadavku ANO/NE
<p>„Požadavky pro zachování nezbytné funkčnosti zařízení dle ČSN EN 60601-1 ed. 2 2007“ uchazeč uvede veškeré požadavky pro zachování nezbytné funkčnosti zařízení. Především se jedná o kapacitu elektrické přípojky, kvality jištění (velikost a typ), druh napájecího zdroje (hlavní – ČEZ, záložní – diesel agregát, nouzový – UPS vlastní, nebo požadavek na ZIS (zdravotnická izolovaná soustava), DO, VDO. Dále uvede maximální příkon a stabilizovaný příkon zařízení v kVA z hlavního, záložního i nouzového zdroje napájení.</p>	(doplň dodavatel)
<p>V případě požadavku na nouzový zdroj napájení (UPS) zdroj musí být součástí nabídky a v souladu s článkem 7.9.2.3 výše citované normy tento samostatný napájecí zdroj se stane součástí dodávaného ME přístroje. Musí být dodaná jasná specifikace na připojení tohoto nouzového zdroje do napájecí sítě.</p> <p>Současně bude uvedena i požadovaná doba zálohy ze samostatného nouzového zdroje UPS.</p> <p>Použití samostatného zdroje napájení ME přístroje nesmí být v rozporu (nemůže nahradit) s požadavky ČSN 33 2000-7-710 Elektrická instalace nízkého napětí: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory.</p> <p>Nezbytná funkčnost přístroje je stanovena výrobcem ME přístroje v souladu se zásadami výrobce pro stanovení přijatelného rizika.</p>	(doplň dodavatel)

B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění	Splnění požadavku ANO/NE
V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).	(doplní dodavatel)
Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.	(doplní dodavatel)
Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.	(doplní dodavatel)
Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.	(doplní dodavatel)
Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného laboratorního přístroje.	(doplní dodavatel)
Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.	(doplní dodavatel)

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14. 5. 2021 do 10:00 hodin.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.