



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Mycí a sterilizační přístroje a nástroje - znovuvyhlášení částí 5 a 7 včetně doplnění nízkoteplotní sterilizace
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 4. 5. 2021

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

Příloha č.4 - Technické podmínky pro část 1:

Závazné charakteristiky a požadavky

Filtr pro opakované použití, chráněný proti poškození zvenku i zevnitř

1.dotaz počet opakovaných použití ?

2. může to být provedení ventil /BIO BARRIER/, který pracuje bez výměny po dobu životnosti kontejneru ?

Bez nutnosti provozních kroků personálu při opakovaném použití ?

Co se touto větou myslelo, protože personál musí v rámci své činnosti provést minimálně kontrolu kontejneru pře jeho použitím ?

Kontrola těsnění, kontrola zámků, kontrola ventilů nebo filtrů, opatřit kontejner štítkem s procesovým indikátorem,...

Odpověď:

1. Filtr pro opakované použití po dobu min. 5 let
2. Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení ventilovými kontejnery.
3. Bylo myšleno bez provozních zásahů uživatelů

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVĚ STANOVENÁ LHŮTA JE DO 24. 5. 2021 DO 10:00 HODIN.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Koláčková