



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Přístrojové vybavení pro Hematologicko-transfúzní oddělení NPK, a.s.
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 4. 5. 2021

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

6. část: Hematologické linky a analyzátory

Přístrojové vybavení pro HTO Chrudimské nemocnice

V Zadávací dokumentaci v Příloze č. 4 - Technické podmínky požaduje zadavatel 2 hematologické analyzátory a 1 nátěrový a barvicí automat.

Dotaz zní: Bude zadavatel pro toto pracoviště požadovat propojení do linky? V případě, že ano jaké přístroje?

Odpověď:

Zadavatel nebude požadovat propojení do linky.

Dotaz:

6. část: Hematologické linky a analyzátory

Hematologické analyzátory pro HTO Orlickoústecké nemocnice

V Zadávací dokumentaci v Příloze č. 4 - Technické podmínky je uvedeno požadované spektrum vyšetření:

- KO 100 ks/rok

Tento uvedený údaj se výrazně liší od jiných pracovišť např. Svitavy 34 000/rok, Chrudim 46 000/rok.

Dotaz zní: Může zadavatel ověřit a potvrdit, že uvedený počet vyšetření KO je správný?

Odpověď:

Ano, zadavatel potvrzuje, že tento údaj je správný.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Dotaz:

Hematologické analyzátoři pro HTO Orlickoústecké nemocnice

V Zadávací dokumentaci v Příloze č. 4 - Technické podmínky je pro HTO Chrudimské nemocnice mimo jiné uvedeno:

V rámci nabídky započteny kontrolní materiály, včetně provedených testů, a to v takovém množství, aby odpovídaly předpokládanému počtu prováděných analýz, stanovené očekávané frekvenci kontrol a doporučení hematologické společnosti	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
---	-------------------	-------------------

U pracoviště HTO Orlickoústecké nemocnice takový požadavek není a jsou pouze uvedeny požadavky:

Kontrolní materiál musí umožňovat kontrolu všech parametrů stanovovaných analyzátořem	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
Kontrola na 3 hladinách (normální, patologicky zvýšená snižena)	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)

Zda mají být kontroly součástí ceny nebo nemají být předmětem plnění není z dostupných technických podmínek zcela jasné.

Dotaz zní: Může zadavatel upřesnit, zda má být kontrolní materiál pro HTO Orlickoústecké nemocnice také předmětem plnění?

Odpověď:

Ano, zadavatel potvrzuje, že tento údaj je správný.

Dotaz:

Hematologické analyzátoři pro HTO Svitavské nemocnice

V Zadávací dokumentaci v Příloze č. 4 - Technické podmínky je pro HTO Chrudimské nemocnice mimo jiné uvedeno:

V rámci nabídky započteny kontrolní materiály, včetně provedených testů, a to v takovém množství, aby odpovídaly předpokládanému počtu prováděných analýz, stanovené očekávané frekvenci kontrol a doporučení hematologické společnosti	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
---	-------------------	-------------------

U pracoviště HTO Svitavské nemocnice takový požadavek není kromě souhrnné tabulky počtu provozních dnů a četnosti kontrol na konci Přílohy č. 4 - Technické podmínky. Zda mají být kontroly součástí ceny nebo nemají být předmětem plnění není z dostupných technických podmínek zcela jasné. Dotaz zní: Může zadavatel upřesnit, zda má být kontrolní materiál pro HTO Svitavské nemocnice také předmětem plnění?

Odpověď:

Ano, zadavatel potvrzuje, že tento údaj je správný.



Dotaz:

Hematologické analyzátory pro HTO Litomyšlské nemocnice

V Zadávací dokumentaci v Příloze č. 4 - Technické podmínky je pro HTO Chrudimské nemocnice mimo jiné uvedeno:

V rámci nabídky započteny kontrolní materiály, včetně provedených testů, a to v takovém množství, aby odpovídaly předpokládanému počtu prováděných analýz, stanovené očekávané frekvenci kontrol a doporučení hematologické společnosti	(doplní dodavatel)	(doplní dodavatel)
---	--------------------	--------------------

U pracoviště HTO Litomyšlské nemocnice takový požadavek není kromě souhrnné tabulky počtu provozních dnů a četnosti kontrol na konci Přílohy č. 4 - Technické podmínky. Zda mají být kontroly součástí ceny nebo nemají být předmětem plnění není z dostupných technických podmínek zcela jasné. Dotaz zní: Může zadavatel upřesnit, zda má být kontrolní materiál pro HTO Litomyšlské nemocnice také předmětem plnění?

Odpověď:

Ano, zadavatel potvrzuje, že tento údaj je správný.

Dotaz:

Zadavatel pro část 5. VZ v bodě 8. zadávací dokumentace stanovil, že jednotlivé nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti, skládající se ze dvou hodnotících kritérií:

- i) Celková nabídková cena v Kč bez DPH 70%**
- ii) Technické parametry 30%**

Pro dílčí hodnotící kritérium Nabídková cena celkem v Kč bez DPH zadavatel uvedl:

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Celková nabídková cena v Kč bez DPH“ bude zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny za předmět plnění v Kč bez DPH, zpracované v souladu s touto zadávací dokumentací. Způsob hodnocení v rámci dílčího kritéria nabídková cena: Pro číselně vyjádřitelné dílčí kritérium „Celková nabídková cena v Kč bez DPH“ (tj. součet ceny přístroje - hematologického analyzátoru bez DPH a ceny vyšetření za 4 roky bez DPH).

Dotaz:

Dodavateli není zřejmé, co se rozumí cenou za vyšetření? Je v této ceně zahrnutý provoz a ceny reagensů a veškerého kontrolního materiálu, nebo kontrolní materiál není součástí ceny za vyšetření a bude nakupován zvlášť v množství dle potřeb laboratoře?

Odpověď:

Ano, v této ceně musí být zahrnutý veškerý spotřební materiál, reagensie a veškerý kontrolní materiál.

Dotaz:

část 4. Koagulační analyzátor

Uchazeč pokládá dotaz v souvislosti s neuvedením přibližného počtu koagulačních vyšetření pro HTO Svitavské nemocnice, tak aby mohl objektivně navrhnout velikost balení, spotřebu kontrolních a kalibračních souprav.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Dotaz: Bude zadavatel upravovat zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku tak, že uvede počty koagulačních testů prováděné v HTO Svitavské nemocnice?

Odpověď:

U každé metody je uveden počet vyšetření s výhledem na 4 roky, jsou tedy aktuální. Jedná se o tyto metody:

Požadované spektrum vyšetření: PT – 47 740 / 4 roky APTT – 35 540 / 4 roky Antitrombin III – 8 824 / 4 roky Fibrinogen – 10 812 / 4 roky

Trombinový čas – 23 320 / 4 roky D-Dimer – 15 216 / 4 roky Anti-Xa – 792 / 4 roky Apixaban – 444 / 4 roky Rivaroxaban 152 / 4 roky Faktor VIII – 736 / 4 roky Dabigatran – 120 / 4 roky Protein C – 364 / 4 roky Protein S – 380 / 4 roky.

Dotaz:

část 5. Hematologický analyzátor

Podle souboru „Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky 5 Hem. analyzátor PKN_final“ je požadován správný technický postup provedení preanalytické fáze míchání zkumavek: Vkládání zkumavek do stojánků nebo automatický kazetový podavač, míchání vzorků otáčením dnem vzhůru podle SLP pro libovolné typy uzavřených náběrovek

Dle SLP má být promíchání obsahu zkumavek kontinuální těsně před aspirací dnem vzhůru a to každé zkumavky zvlášť (nikoliv v kazetě po více zkumavkách) aby bylo nastoleno standardní a stejné promíchání všech zkumavek určených k vyšetření.

Při míchání zkumavek v kazetě nedochází ke stejným podmínkám promíchání zkumavek v kazetě s vyšetřovanou krví a je tak vytvořeno nestandardní prostředí pro vyšetření (každá zkumavka v kazetě má jiný počet promíchání).

Dotaz: Bude zadavatel požadovat míchání zkumavek pouze podle SLP dnem vzhůru, a to každou zvlášť (zachování vysoké standardizace) před samotnou aspirací bez akceptace míchání v kazetě, která není v souladu se SLP?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat míchání zkumavek dnem vzhůru v kazetách i jednotlivě.

Dotaz:

Podle souboru „Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky 5 Hem. analyzátor PKN_final“ zadavatel zmiňuje účel využití jako záložní analyzátor se schopností vyšetřit „měření tělních tekutin, výpočků“ nicméně blíže neuvádí povinné či minimální parametry pod kontrolou kvality jako je tomu v případě diferenciace bílých krvinek „analyzátor musí vydávat 6ti populační diferenciální rozpočet WBC absolutní a procentuální hodnoty pro parametry LYM, MONO, EO, BASO, NEU, nezralé granulocyty (IG)“

Zadavatel dále blíže neuvádí parametry pod kontrolou kvality, které jsou standardně součástí vydávaných parametrů z hematologických analyzátorů (v lince) v Pardubické krajské nemocnici,



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

kteřé využívají lékaři nemocnice. Jsou to např. parametry: diferenciální rozpočet leukocytů u tělních tekutin - mozkomíšního moku nebo počet jaderných buněk (TNC): PMN (polymorfonukleáry), MN (mononukleáry) v % i # - výsledky vyšetření jsou reportovatelné klinikům a kontrolované interní kontrolou kvality. Měření mozkomíšního moku může rychle odhalit bakteriální meningitidu na základě počtu leukocytů (WBC-BF) a jejich diferenciace na polymorfonukleáry a mononukleáry.

Dotaz: Bude zadavatel požadovat výše uvedené parametry: PMN a MN % (v relativních hodnotách) i # (absolutních hodnotách), jako povinné z důvodu zachování stejné kvality a spektra vyšetření jako doposud vydávané výsledky klinikům na hematologické lince nebo pro záložní hematologický analyzátor bude akceptovat snížení výpovědní hodnoty výsledků vyšetření?

Odpověď:

Zadavatel nebude u tělních výpotků požadovat parametry PMN a MN v relativních i absolutních hodnotách jako povinné za předpokladu, že bude provedeno změření celkového počtu leukocytů s jejich diferenciálním rozpočtem.

Dotaz:

Podle souboru „Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky 5 Hem. analyzátor PKN_final“ zadavatel zmiňuje účel využití jako záložní analyzátor se schopností vyšetřit „přímé měření retikulocytů bez nutnosti preanalytické přípravy vzorku“ nicméně blíže neuvádí povinné či minimální parametry pod kontrolou kvality jako je tomu v případě diferenciace bílých krvinek „analyzátor musí vydávat 6ti populační diferenciální rozpočet WBC absolutní a procentuální hodnoty pro parametry LYM, MONO, EO, BASO, NEU, nezralé granulocyty (IG)“

Zadavatel dále blíže neuvádí parametry pod kontrolou kvality, které jsou součástí vydávaných parametrů z hematologických analyzátorů (v lince) v Pardubické krajské nemocnici - lékařům nemocnice. Je to např. parametr: „obsah hemoglobinu v retikulocytech“, tento parametr se doporučuje v nefrologických guidelines, jako jsou Evropské pokyny pro osvědčené postupy (EBPG) nebo iniciativa pro kvalitu výsledků vyšetření ledvinových onemocnění, National Kidney Foundation Kidney Disease Outcome Quality Initiative (NKF KDOQI).

Dotaz: Bude zadavatel požadovat výše uvedený parametr: hemoglobin v retikulocytech, jako povinný z důvodu zachování stejné kvality a spektra vyšetření jako doposud vydávané výsledky klinikům na hematologické lince nebo pro záložní hematologický analyzátor bude akceptovat snížení výpovědní hodnoty výsledků vyšetření?

Odpověď:

Zadavatel nepožaduje parametr hemoglobin v retikulocytech v případě záložního analyzátoru jako povinné.



Dotaz:

část 6. Hematologické linky a analyzátory

Zadávací dokumentace v části 1.2 Popis předmětu veřejné zakázky a souhrnné tabulce ve sloupci Počet kusů pro Chrudimskou nemocnici a oddělení Hematologicko - transfúzní uvádí pouze jeden kus pod souhrnným názvem: Hematologické linky a analyzátory.

Podle souboru „Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky 6 Hem. analyzátory OUN_SN_CHN_LIN“ se jedná o více zařízení a požadavků na „hematologickou linku“ resp. 1 ks hematologický analyzátor, 1 ks „Záložní analytický systém“ a 1 ks „Systém pro barvení mikroskopických sklíček pro periferní krev a kostní dřeň“. Celkem se jedná o 3 ks přístrojového vybavení. Tento rozpor má přímý vliv na cenu dodávaného zařízení dodavatelem a potažmo vliv na nabídkovou cenu dodavatele, která je kritériem pro výběr dodavatele.

Dotaz: Bude zadavatel upravovat zadávací dokumentaci pro výběrové řízení z důvodu uvedení nesprávného množství analyzátorů a přístrojového vybavení pro splnění objektivního výběru dodavatele?

Odpověď:

Zadavatel níže upřesňuje rozdělení pořizovaného vybavení, které platí i pro přílohu č. 4 ZD.

6.	Hematologické linky a analyzátory	Hematologický analyzátor pro HTO Svitavské nemocnice	1 ks	Svitavská nemocnice Hematologicko – transfúzní oddělení – 1 ks
		Hematologická linka pro HTO Chrudimské nemocnice	1 ks	Chrudimská nemocnice Hematologicko – transfúzní oddělení – 1 ks
		Hematologická linka a hematologický analyzátor pro HTO Orlickoústecké nemocnice	2 ks	Orlickoústecká nemocnice Hematologicko – transfúzní oddělení – 1 ks + 1ks pracoviště Vysoké Mýto
		Hematologické analyzátory pro HTO Litomyšlské nemocnice	2 ks	Litomyšlská nemocnice Hematologicko - transfúzní oddělení – 2 ks

Dotaz:

Ze zadávací dokumentace z čl. 1.5 vyplývá, že zadavatel pro části 2 a 3 určil předpokládanou hodnotu jako maximální a nepřekročitelnou. Vzhledem k cenovým podmínkám na trhu mohl by zadavatel tento svůj požadavek přehodnotit a vypustit jej ze zadávací dokumentace?

Odpověď:

Zadavatel v části 2 a 3 nestanovuje ceny jako maximální a nepřekročitelné. Zadavatel dále v daných částech vypouští ustanovení: případně, že účastník nabídne v rámci své nabídky vyšší nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

ZADAVATEL DÁLE UVÁDÍ DO SOULADU INFORMACI UVEDENOU V KUPNÍ SMLOUVĚ A ZADÁVACÍ DOKUMENTACI. ZADAVATEL POTVRZUJE, ŽE ZBOŽÍ MUSÍ BÝT DODÁNO DO MÍSTA PLNĚNÍ DO 6 TÝDNŮ OD NABYTÍ ÚČINNOSTI KUPNÍ SMLOUVY.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVĚ STANOVENÁ LHŮTA JE DO 24. 5. 2021 DO 10:00 HODIN.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Kolářková