



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Přístrojové vybavení pro Hematologicko-transfúzní oddělení NPK, a.s.
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO:	27520536

V Praze dne 11. 5. 2021

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz (k části 4):

obracíme se na Vás s žádostí o vysvětlení zda je nebo není součástí poptávaného Koagulačního analyzátoru i poptávka cenové nabídky jednotlivých reagentů. V Kupní smlouvě, která je součástí zadávací dokumentace (viz příloha), je poptávána pouze kupní cena pro analyzátor. V zrušeném VZ z roku 2020 byl v zadávací dokumentaci odlišný vzor smlouvy - Rámcová kupní smlouva a zde bylo možné v Příloze A cenové nabídky jednotlivých reagentů doplnit.

Odpověď:

Zadavatel doplňuje rámcovou kupní smlouvu na reagenty a zároveň upřesňuje požadované spektrum vyšetření v rámci přílohy.

Dotaz (k části 4):

V Kupní smlouvě specifikujete požadavek na nový, nerepasovaný analyzátor, ale chybí zde zmínka o akceptovatelném roku výroby. Chápeme správně, že analyzátor musí být vyroben v roce 2021?

Odpověď:

Zadavatel nestanovuje rok výroby přístroje. Zadavatel požaduje dodání NOVÉHO nikoliv repasovaného přístroje, který bude splňovat technické podmínky definované zadavatelem v rámci zadávací dokumentace, a to v plném rozsahu.

Dotaz (k části 4):

V Zadávací dokumentaci jsme nenašli informace o záložním analyzátoru. Bude laboratoř vyžadovat záložní analyzátor?

Odpověď:

Zadavatel požaduje, aby součástí byl rovněž záložní analyzátor.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Dotaz (k části 4):

Požaduje zadavatel certifikaci reagentů pro In-Vitro Diagnostiku včetně kontrol a kalibrátorů potřebných pro provedení zadavatelem požadovaných testů?

Odpověď:

Ano, zadavatel požaduje certifikaci reagentů pro In-Vitro Diagnostiku včetně kontrol a kalibrátorů potřebných pro provedení zadavatelem požadovaných testů.

Dotaz (k části 4):

Požaduje zadavatel aby pro provedení denních kontrol běžných rutinních testů (PT, APTT, TT, FIB a AT) byly používány pouze certifikované kontroly (normální a patologická)?

Odpověď:

Ano, zadavatel požaduje, aby pro provedení denních kontrol běžných rutinních testů (PT, APTT, TT, FIB a AT) byly používány pouze certifikované kontroly (normální a patologická).

ZADAVATEL OBDŘEL NÁMITKY PROTI ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM, KONKRÉTNĚ PRO ČÁST 3 - ODBĚROVÉ VÁHY V ČÁSTI TECHNICKÝCH PODMÍNEK. S OHLEDEM NA SKUTEČNOST, ŽE ZADAVATEL NÁMITKÁM VYHOVĚL, ZVEŘEJŇUJE ZADAVATEL AKTUALIZOVANOU ČÁST TECHNICKÝCH PODMÍNEK PRO DANOU ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, KTEROU MUSÍ DODAVATELÉ RESPEKTOVAT.

ZADAVATEL DÁLE DOPLŇUJE CYHBĚJÍCÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY K ČÁSTEM 4,5 A 6 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.

ZADAVATEL ROVNĚŽ ODSTRAŇUJE TEXTACI ZE ZADÁVACÍCH PODMÍNEK NÍŽE UVEDENOU TEXTACI:

- Předpokládaná hodnota přístroje, tzn. Koagulačního analyzátoru (část 4) ve výši 826 446 Kč bez DPH je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že účastník nabídne v rámci své nabídky vyšší nabídkovou cenu přístroje, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVĚ STANOVENÁ LHŮTA JE DO 27. 5. 2021 DO 10:00 HODIN.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Koláčková